

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

06.02.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Kalem Laboratuvar Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDİM TÜPÜ	Adet	3000		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:07.02.2020 09:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

TC

SAĞLIK BAKANLIĞI VAN MURADIYE DEVLET HASTANESİ

SEDİMENTASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-KONU:VAN MURADIYE DEVLET HASTANESİ biyokimya laboratuvarı için temin edilecek 3000 adet sedimentasyon tüpü alımına ilişkin hususları kapsamaktadır.

B- ÖZELLİKLERİ:

1. Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
2. Satın alınacak sedimentasyon tüpleri kendinden sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir.
3. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre siyah renkte olmalıdır. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
4. Ölçüm skalası 1-140 mm/saat olmalıdır.
5. Tüpler vakumlu olmalıdır. Hastanemizde kullanılan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaret olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır.
6. Tüplerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
7. Tüplerin açık ucu, içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik veya kauçuk tıpa ve bunun üzerinde koruyucu kapak ile kapatılmış olacaktır. Vakumlu tüpün çekmesi gereken minimum kan miktarı, tüp üzerinde alt sınır çizgileri ile belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
9. Tüpler tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
11. Tüplerin uygunluğuna biyokimya uzmanı tarafından denenip onay verilecektir.
12. Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
13. Sonuçlar mm/saat olarak vvestergreen korelasyonunda ifade edilmelidir.

Nilehtop ECA
Tescinir Keçit Yetkilisi

Aynur AYNA

Sükran BAYLAN