

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

28.08.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİĞÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	POVIDON İYOT İÇEREN % 10 ANTİSEPTİK 1000 ML	Litre	100		
2	DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) EKG ELEKTRODU YETİŞKİN	Adet	2000		
3	ENJEKTÖR DİSPOSABLE İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1 ML 100 IU 26 G (KAHVERENGİ)	Adet	2000		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 03.09.2020 14:00

1- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4- Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6- Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8- Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9- Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9- Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10- Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not: 1- Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2- Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA



T.C
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADIYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

KODU: MC.FR.01

YAYIN TARİHİ: 27.08.2020

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 27.08.2020

SAYFA NO: 1

EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Her marka defibrilatör ve EKG cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Kendinden jelli olmalıdır.
4. İyi iletken olmalıdır.
5. Gümüş/Gümüş klorür özellikte olmalıdır.
6. Malzemenin Kullanım süresi teslim tarihinde 1/3'ünü doldurmamış olmalıdır.

Henziye
Tuba AYDIN

Serbest TOĞA
Anelisothone Teknikerliği

Henziye
Seze Uhoehho,
Sphukh



T.C
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADIYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

KODU: MC.FR.01	YAYIN TARİHİ:27.08.2020	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 27.08.2020	SAYFA NO:1
----------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------	------------

BATIKON ANTİSEPTİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir
2. Bakterisid, virüs, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.
3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, alerjik reaksiyon ve cilt iritasyonuna neden olmamalıdır.
4. 1000 cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı, geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompa) başlıklı cam plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Ürün alkol içermemelidir.
6. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmamalıdır.
7. Solüsyonu dökerken solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.
8. Ürün povidon iyotlu %7.5 sıvı sabun ile karışıklığı önlemek için etiket veya ambalaj renginde dikkat çekici fark olmalıdır.
9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
10. İhaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanıma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir.
11. Ürünün kullanımla süresi 2 yıldan az olmamalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
12. Gönderilen seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuvarı sorumlu müdürü tarafından imzalanmış detaylı ürün analiz raporu ürün ile birlikte teslim edilmelidir. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi başkanlığında ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
13. Ürünün TİTUBB'da (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmeli.

Hamire

Tıbbi AİDİM

Serbest TOGA
Ameliyathane Teknikerliği

Hamire
Serbest TOGA
Seyhan



T.C
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADIYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

KODU: MC.FR.01

YAYIN TARİHİ: 27.08.2020

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 27.08.2020

SAYFA NO: 1

**İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC'LİK) TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. Enjektörler fazla sert yada fazla esnek olmamalıdır. (sıvı verirken ve çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli)
3. Non toksik olmalı.
4. Pistonu kauçuk/plastik başlığı olmalı.
5. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı.
6. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı.
7. Ambalanjı şeffaf, tekli ambalanjlanmış, ambalanj kenarları iyi preslenmiş ve sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı.
8. Ambalanjın üzerinde üretim ve son kullanım tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 5 yıl olmalıdır.
9. Ambalanjın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı.
10. Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalı.
11. 1 cc'lik olmalı.
12. 1 cc'sinde 100 ünite olmalı.
13. 100'er adetlik kutularda olmalı.
14. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmeli.

Hemşire
Tuba AYDIN

Serbest TOĞA
Ameliyathane Ekberliği

Hemşire
Serap Uzunelmez