

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

01.09.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FUKUDA MARKA ve FİX 8322 CARDIMAX EKG KABLOSU	Adet	1		
2	SCHILLER MARKA CARDIOVIT AT 102 PLUS EKG KABLOSU	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:07.09.2020 00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstemi yapılan EKG kablosu Schiller marka Cardiovit AT 102 Plus model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. EKG kablosu bağlantısı cihaza tam uyumlu olmalıdır.
3. EKG kablosu 10 lead olmalı ve 12 derivasyon EKG sinyalini sorunsuz alabilmelidir.
4. EKG kablosu hasta puar/mandal takımına bağlantı yeri renk kodlu olmalı ve karışıklıklara sebebiyet vermemelidir.
5. EKG kablosunun hasta bağlantı uçları renk kodlu olmalıdır.
6. EKG kablosu en az 2m uzunluğunda olmalıdır.
7. EKG kablosu yetişkin ve çocuk kullanımına uygun olmalıdır.
8. EKG kablosu reusable kullanıma sahip olmalıdır.
9. EKG kablosu kırılmalara karşı dayanıklı esnek malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. EKG kablosunun uygunluğu mevcut cihaz ile kontrol edilecek ve ilgili birimin onayına istinaden alınacaktır.
11. Fiyat teklifi gönderecek firmaların Tıbbi Cihaz Satış Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.

Amelre
Sezer Wasekba
S. J. J. J.

Mahsum İLDİZ
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
DARI VE MALİ İŞLER BİRİM SOR