



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

27.11.2020

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Düğünden Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :01.12.2020 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglikgov.tr" adresine mail gönderilmesi ;

Bilgilerinize rica olunur.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ PEDIATRİK	50	Adet		
2	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER FİSTÜL İĞNESİ 17G	50	Takım		
3	DİYALİZÖR SELÜLOZ MEMBRAN 1-1.1 M ²	50	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE	İLETİŞİM BİLGİLERİ

PEDİATRİK DİYALİZÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Membranlar "hollow - fibre" tipinde olmalıdır. Poliüretan kaplama kullanılmalı
2. Duvar kalınlığı / iç çapı 35/185 µm olmalı
3. UF kat sayısı en az 20 olmalıdır.
4. Diyalizör yüzey alanı 0.6-1,0 m2 olmalıdır.
5. Kan akış aralığı 50-200ml/dk olmalıdır.
6. Kan volüm hacmi 32 ml olmalıdır.
7. İnlıne buhar ile sterilize edilmelidir.
8. Klirens 200 ml/dk olmalıdır.
9. Üre klirensi en az 170 ml/dk olmalıdır.
10. Kreatin klirensi en az 144 olmalıdır.
11. B12 klirensi en az 84 olmalıdır.
12. Üretim hatası olan veya diyaliz işlemi sırasında kırılan , patlayan diyalizörler için firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
13. Diyalizörlerin CE belgesi olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar şartname hükümlerini sağladıklarını belgelemelidir.
15. Diyalizörleri verecek olan firmanın yetki belgesi ve ithal izin belgesi olmalıdır.
16. Teklif veren firmalar kullanılmayan diyalizörleri son kullanım tarihine 3 ay kala yeni tarihli diyalizörler ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
17. Son kullanım tarihi diyalizör üzerinde yer almalı ve teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
18. Diyalizörler ünitenin ihtiyacına göre bir (1) yıl boyunca üç (3) aylık periyotlarla gönderilmelidir.

MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Abdülrezzak ÇOMAK

Sevgi GÜNDÜZ
Şahin


Civan ŞEN
Şahin

PEDİATRİK FİSTÜL İĞNESİ SETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tüp uzunluğu 25 cm olmalıdır.
2. Her iğnede klemp bulunmalıdır.
3. Tüm malzemeler steril ambalajlarda bulunmalı ve sterilizasyon şekilleri ve tarihi ile son kullanma tarihi (teslim anından itibaren en az iki yıl olmalı) ve seri lot numaraları ambalajda yazılı olmalıdır.
4. İğne ucu 17 gauge ve 1.1/4 inç uzunluğunda ve döner başlıklı olmalıdır.
5. Arter için kullanılacak fistül iğnesi sırt kenar deliği ihtiva etmelidir.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ

Abdulrezzak COMAK



Sercan Güllüoğlu



Cirra S2V



PEDİATRİK ARTER- VEN SETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Takımlar içerisinde teslim edilen arter-ven setlerinin üniteadaki cihazlarla uyumlu (**universal tip**) olması gereklidir.
2. En az bir adet izolatör ven tarafından sabit bir şekilde bulunmalıdır.
3. Arter ucunda intravenöz spike (priming spike) ve ven sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
4. Ven ve arter tarafında "drip chamber" bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunmalıdır.
6. Arter hattında enjeksiyon portu bulunmalıdır.
7. Arter ve ven hattı üzerinde, basınç tüpü üzerinde ve arteryel yastıkta klempler bulunmalıdır.
8. Setler etilen oksit gama yada buhar steril olmalıdır.
9. Arter ve ven setleri ayrı ayrı ambalajlanabileceği gibi tek ambalajda da olabilir.
10. Set dolaşım volümü 80-120 ml. olmalıdır.
11. Teklif veren firmalar kullanılamayan arter ven setlerini son kullanm tarihine 3 ay kala yeni tarihli malzemeler ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
12. Son kullanım tarihi paket üzerinde belirtilmeli teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıl olmalıdır.
13. Setler ünitenin ihtiyacına göre bir (1) yıl boyunca üç (3) aylık periyotlarla gönderilmelidir.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
Abdurrezzak ÇOMAK



Sercan GÜNAYIZ
Sant

Günay
Sant