

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

28.01.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :02.02.2021 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ET ve GIDA PH METRE BAŞLANGIÇ SETİ	1	Adet		
				Toplam	

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ET (GIDA) PH METRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz portatif, kolay taşınabilir, ergonomik ve sağlam yapıda olmalıdır.
2. Cihaz özellikle et ve et ürünleri bunların yanı sıra genel gıdaların pH ve sıcaklık ölçümlerini yapabilmelidir.
3. Cihaz otomatik sıcaklık düzeltmesi yapabilmelidir.
4. Cihazın pH ve sıcaklığı aynı anda ölçebilen kombine, saplama tip elektrodu olmalıdır.
5. Cihazın elektrodu değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
6. Cihazın elektrodu özel bir jelli saklama başlığı içinde korunmalıdır.
7. Cihazın ölçüm aralığı pH için ; 0 ile 14 pH, sıcaklık için 0 ile 60°C arasında olmalıdır.
8. Cihazın hassasiyeti pH için ± 0.02 , sıcaklık için $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
9. Cihazın çözünürlüğü pH için 0.01, sıcaklık için 0.1 olmalıdır.
10. Cihaz 2 satırlı geniş bir LCD ekrana sahip olmalıdır.
11. Cihazın otomatik kalibrasyon özelliği olmalıdır.
12. Cihaz ölçüm tamamlandığında sesli olarak uyarı vermelidir.
13. Cihazın ekran aydınlatması olmalıdır.
14. Cihazın çalışma sıcaklığı 0 ile 50 °C arasında olmalıdır.
15. Cihazın saklama sıcaklığı -20 ile +70°C arasında olmalıdır.
16. Cihaz ile birlikte 250'şer ml'lik pH4 ve pH7 tampon çözeltiler ve alüminyum taşıma çantası verilmelidir.

Muradiye Devlet Hastanesi

Burhan GÜN

T.K.K.

Muradiye Devlet Hastanesi
Aydın BİÇER
V.H.K.I.

Muradiye Devlet Hastanesi
Diyetisyen
Merve AKPOLAT