

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

28.01.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :02.02.2021 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	BEBEK MAKETİ	1	Adet		
				Toplam	
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

YENİDOĞAN BEBEK BAKIM MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manken yenidoğan bebek görüntüsünde ve yapısında olmalıdır.
2. Baş hareket edebilmelidir.
3. Göğüs ve batin derisi tek parçadan ibaret olup çıkarılabilir olmalıdır.
4. Sefalik ven enjeksiyonu ve umbilikal ven enjeksiyon uygulaması yapılabilir olmalıdır.
5. Oral ve nasal entubasyon uygulaması yapılabilir olmalıdır.
6. Gastrolavaj uygulaması yapılabilirdir.
7. Erkek ve kız bebek uretral kateterizasyona müsait olmalıdır.
8. Ostomy bakım uygulaması yapılabilirdir.
9. Deltoid subkutan enjeksiyon ile kalça İM enjeksiyon uygulaması yapılabilirdir.
10. Holistik hemşirelik bakım uygulamalarından sünger banyosu, elbise giydirme ve değiştirme, emzirme manevrası ve de bebek bezi bağlama çıkarma uygulaması yapılabilirdir.
11. Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
M. T. C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Semra KUTAN

Gülşah Gölgen



Ayşe Keleş

