

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

29.07.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 Kalem Demirbaş Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22-d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :06.08.2021 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip


Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	BUZDOLABI	1	Adet		
2	SERUM AŞI DOLABI	1	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

SERUM AŞI DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 2-)Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2 / +8°C arasında çalışmalı fabrika ayarı + 4°C'ye set edilmelidir.
- 3-) Cihazın dışı paslanmaz çelik ; kullanılabilir hacim gofrajlı alüminyum olmalı kolay temizlenebilmeye imkan tanımalıdır. Cihazın kullanılabilir hacmi 400L. olmalıdır.
- 4-) Cihaz 6 adet tel raf bulunmalıdır. Cihazda harici ısı takibi için ısı portu bulunmalıdır.İsı portu cihazın yan duvarında ve vida kapaklı olmalıdır.
- 5-)Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır. Cihazda tavan tipi evaporatör kullanılmalıdır.
- 6-)Cihazda kullanılan dijital termimetre termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmelidir.
- 7-) Cihazda etki sıcaklığını gösteren ikinci bir termometre bulunmalı ve bu termometre probu sıvı dolu örnek kabına daldırılmış olmalıdır.
- 8-)Cihazın alarm sistemi ; a-kapı açık kaldığında b-Alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.
- 9-)Cihazın kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır.
- 10-)Cihazın aydınlatması fluoeresans lamba ile gerçekleşmelidir.
- 11-)Cihaz otomatik defrost sistemine sahip olup karlanma ve buzlanma yapmamalıdır.
- 12-)Cihazda stok kontrolünü sağlamaya imkan tanıyan manyetik conta,çift katlı ısıcamlı, kilitlenebilir kapı sistemine sahip olmalıdır.
- 13-)Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi CFC içermemelidir.Kullanılan izolasyon materyali min. 6cm. kalınlığında olmalıdır.
- 14-)Cihaz kolay taşınabilmesi için 2 adet stoplu 4 adet tekerlek sistemine sahip olmalıdır.
- 15--) Cihaz firma üretim, tasarım,işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

ACİL SERVİS SOR. HEMŞ.

SEZER YÜKSEKBAŞ



Hemsire
ELİF GÜLGİN


Hemsire
M. Vasif Seylaner


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Muradiye İlçe Devlet Hastanesi
BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buzdolabının rengi beyaz, dondurucu yeri altta olmalıdır.
2. Ürünün brüt hacmi minimum 570 L olmalıdır.
3. Aydınlatma tipi led olmalıdır.
4. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2 ile +8 C arasında çalışabilmelidir.
5. Ürün dış yüzünde sıcaklığın kontrol edilebileceği bir dijital ekran olmalıdır.
6. Enerji sınıfı en az A++ değerine sahip olmalıdır.
7. Kapı açık kaldığında uyarı verecek sistemi bulunmalıdır.
8. Soğutucu bölme fanı bulunmalıdır.
9. Ürünün çalışma sırasındaki ses düzeyi max 42 dBA olmalıdır. Ürün sarsıntısız çalışmalıdır.
10. İklim sınıfı SN-T olmalıdır.
11. Ürün No-Frost sistemine sahip olmalıdır.
12. Ürün ayarlanabilir raflara sahip olmalıdır.
13. Buzdolabı fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalı ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
14. Buzdolabı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 hafta içinde çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
15. Cihazın arızalanması halinde 5 iş günü içerisinde müdahale edilmeli ve 10 iş günü içerisinde çalışır hale getirilmesi garanti edilmelidir.
16. Teklif veren firmanın TSE'den onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

Hakan KARABAT

Eczacı
H. Karabat

Muradiye Devlet Hastanesi
Eczane Sorumlusu
Metin DİLEBİLİR

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HAST.
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip