

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

11.11.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :19.11.2021 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Abdullahi KAYIŞ
Baştabip V.

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER	10	Adet		
2	TANSİYON ALETİ	10	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır. * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

TEMASSIZ KIZIL ÖTESİ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ateş ölçer, tene veya mukozaya hiçbir şekilde temas etmeden, belli bir mesafeden (yaklaşık 2,5 -3 cm) Vücut sıcaklığından alından, boyundan ve göbekten anında hassas dijital olarak ölçmelidir.
- 2) Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçüm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
- 3) Ateş ölçer, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- 4) Ateş ölçer, ASTM Belgesine sahip olmalıdır. (Uluslararası ısı ölçüm standartlarına uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır.)
- 5) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infraret ışınlarının göze zararı olmamalıdır.
- 6) Ateş ölçer, otomatik veya manuel ölçümleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı alın ölçüm Aralığı 34,0 - 42,5°C olmalıdır.
- 8) Ateş ölçer diğer kullanımlarda (Sıvı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm Aralığı 1 - 55 °C olmalıdır.
- 9) Ateş ölçer LCD ışıklı dijital ekrana haiz olmalıdır ve aydınlatma özelliği taşımalıdır.
- 10) Ateş ölçerin hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik yayınlara sahip olmalıdır.
- 11) UBB kaydı olmalıdır.
- 12) 4 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10 000 Ölçüm yapmalıdır.
- 13) Ateş ölçer, Medikal sınıflandırmada "Clas II'a tıbbi cihaz" olarak test edilmiş olmalıdır.
- 14) Ateş ölçer, alından infraret ile yapılan ölçümü, cıvalı termometre ile yapılan oral (diltatı), rektal ve koltuk altı ölçümleri değerlerine çevirebilme özelliğine haiz olmalıdır.
- 15) Ateş ölçer, 2 yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.
- 16) Ateş ölçer, Türkçe kullanım kılavuzu, 4 adet AAA pil ve pratik kullanımına yönelik Türkçe DVD Verilmelidir.
- 17) Cihazın ağırlığı = 90 gr (piller dahil)
- 18) Cihazın boyutları = 165 x 40 x 21.9 mm (koruma kapağı dahil)
- 19) Rezolüsyon Bilgisi = 0.1 °C
- 20) Ateş ölçer, alından ölçüm aralığı = 34/42.5 °C olmalıdır.

İlyas SAHİN

Salih ATEŞ

Muradiye Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLTAŞ
İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu