

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

13.01.2022

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 18.01.2022 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI SINIF 1	50	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır. * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

BUHAR OTOKLAV BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✦ Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.
- ✦ Otoklava girdikten sonra belirgin bir renge dönmelidir.
- ✦ 19mm x 50mt ebatlarında olmalıdır.
- ✦ İndikatörün mürekkebi su bazlı olmalıdır.
- ✦ ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır.
- ✦ Otoklavdan çıktıktan sonra paketlerin üzerinden kalkmamalıdır.
- ✦ Bandın yapışkan gücü kuvvetli olmalı.
- ✦ ISO ve CE belgesine haiz olmalıdır.
- ✦ Otoklav bandı üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır.
- ✦ Her bir ürün ayrı ayrı ambalajlı olmalıdır.
- ✦ Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
- ✦ İhaleyi kazanan firma hastanenin ihtiyacı kadar bant dispenserini ücretsiz olarak verecektir.
- ✦ Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Serbest TOĞA
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

Sibel Koca
Hemşire

Hemşire
Filiz DEMİRALP