

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

02.02.2022

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :04.02.2022 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Bastabıp

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ENDOSKOPIK FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU YETİŞKİN	1	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

ENDOSKOPIK FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fiberoptik kablo en az 3,5 mm kalınlığında olmalıdır.
- 2-Fiberoptik kablo en az 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3-Fiberoptik kablo sıvı,gaz sterilizasyonuna uyumlu olmalıdır.
- 4-Fiberoptik kablo otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- 5-Fiberoptik kablo xenon soğuk ışık kaynakları ile kullanıma uygun olmalıdır. Xenon ışık kaynaklarında kullanıldığı zaman fiberoptik kabloda yanma olmamalıdır.
- 6-Fiberoptik kablo esnek yapıda olmalı basılma ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7-Fiberoptik kablo ameliyathanede kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- 8-Fiberoptik kablo en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 9-Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
- 10-Teklif verecek isteklinin 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tıbbi Cihaz Satış ,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Yeri Yetki Belgesi olmalıdır...

Serbest TOĞA
Ameliyathane Birim
Yetkilisi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Murat AYGÜN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No:154448 Uzm.Tes.No:148971

Muradiye Devlet Hastanesi
Onkoloji Servisi
Dr.Ayten DİKİCİ
Dip.Tes.No:147129