

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

03.02.2022

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU


Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :08.02.2022 09:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.


Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip


Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ŞARJLI TRAŞ MAKİNESİ	1	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

Şarjlı Traş Makinesi Teknik Şartname

- 1- Şebeke veya batarya ile çalışma imkanı sunmalıdır.
- 2- 80 dakika içerisinde hızlı şarj olmalıdır.
- 3- 120 dakikaya kadar kullanım süresi olmalıdır.
- 4- Kesim gücü sabit olmalıdır.
- 5- Entegre şarj kontrol göstergeli çalıştırma düğmesi içermelidir.
- 6- Kesim uzunluğu 0.4 mm olmalıdır.
- 7- Star blade 2 kesim bıçağı olmalıdır. Kesim bıçağı setinin arkasının kapalı olmalı ve kesim bıçağı seti kolay çıkarılıp temizlenebilmelidir. Kesim genişliği 32 mm olmalıdır.
- 8- Beraberinde 1 ayarlı geçirme tarak, 3 -6 mm, şarj ünitesi, enerji verimliliği yüksek fiş adaptör, temizlik fırçası, yağ içermelidir.
- 9- Çalışma şekli hem şebeke hem de batarya ile olmalıdır. Batarya (iki yönlü) Li-iyon olmalıdır.
- 10- Devir sayısı sabit hızda olmalıdır
- 11- Ürün 120 gr ağırlığında olmalıdır.
- 12- Çin menşeli olmamalıdır.

Sibel Koca
Hemşire


Serbest TOĞA
Ameliyathane Birim/
Sorumlusu



Muradiye Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Aytakin DİKİCİ
Dip. Tes. No: 147429