

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

17.02.2022

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU


Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ dile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :22.02.2022 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "**vandhs8@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	COMEN MARKA CM1200 AMODEL EKG KABLOSU	1	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan COMEN MARKA CM1200A MODEL ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kablonun UBB kaydı olmalı ve CE belgesine sahip olmalıdır.
4. Kablonun leadlerini renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
5. Ekg uç kabloları kısaç tipli olmalıdır, kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı, kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır
6. Kablo 10 leadli olmalı ve cihaza tam uyumlu olmalıdır.
7. Leadler tek başına değişebilir olmalıdır.
8. Kablonun dağılmasının önlemek ve kullanım kolaylığı açısından kablonun üzerinde cırt bandı bulunmalıdır.
9. Kablo gövdesinde hasta bağlantı şemasının gösteren etiket olmalıdır.
10. Kablonun leadleri en az 90 cm olmalı ,toplam kablo boyu en az 3.40 mt olmalıdır.
11. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
12. Paket üzerinde firmanın ad, parça numarası belirtilmiş olmalı ve imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Kablo toplama parçalardan oluşmamalıdır, orjinal ürün belgesine sahip olmalıdır.
14. Cihaz kullanıcı personelinden numune onayı alınmalıdır.
15. Ekg cihazı kablosunun soket vidası COMEN MARKA CM1200A MODEL uyumlu olmalı ve tam oturmalıdır.
16. Kablo tıbbi cihaz yönetmenliğine uygun olmalıdır.

Servis Sorumlusu
Tuba A. D. K.



MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Ömer ÇAMAR BAY
İdari ve Med. Hiz. Müd. Yrd.