

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

06.01.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 (Bir) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİJİTAL TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER	Adet	10		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:08.01.2020 15:30

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

TEMASSIZ KIZIL ÖTESİ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ateş ölçer, tene veya mukozaya hiçbir şekilde temas etmeden, belli bir mesafeden (yaklaşık 2,5 -3 cm) Vücut sıcaklığından alından, boyundan ve göbekten anında hassas dijital olarak ölçmelidir.
- 2) Ateş ölçer, çift led teknolojisiyle doğru ölçüm noktasını kullanıcıya göstermelidir.
- 3) Ateş ölçer, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- 4) Ateş ölçer, ASTM Belgesine sahip olmalıdır. (Uluslararası ısı ölçüm standartlarına uygunluğu kontrol edilmiş olmalıdır.)
- 5) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infraret ışınlarının göze zararı olmamalıdır.
- 6) Ateş ölçer, otomatik veya manuel ölçümlene özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) Ateş ölçer, vücut sıcaklığı alın ölçüm Aralığı 34,0 - 42,5°C olmalıdır.
- 8) Ateş ölçer diğer kullanımlarda (Sıvı, katı yiyecekler ve oda sıcaklığı) ölçüm Aralığı 1 - 55 °C olmalıdır.
- 9) Ateş ölçer LCD ışıklı dijital ekrana haiz olmalıdır ve aydınlatma özelliği taşınmalıdır.
- 10) Ateş ölçerin hastane ve kliniklerde denenmiş ve bununla ilgili klinik yayınlara sahip olmalıdır.
- 11) UBB kaydı olmalıdır.
- 12) 4 adet kaliteli AAA pille yaklaşık 10 000 Ölçüm yapmalıdır.
- 13) Ateş ölçer, Medikal sınıflandırmada "Clas II'a tıbbi cihaz" olarak test edilmiş olmalıdır.
- 14) Ateş ölçer, alından infraret ile yapılan ölçümü, cıvalı termometre ile yapılan oral (dilaltı), rektal ve koltuk altı ölçümleri değerlerine çevirebilme özelliğine haiz olmalıdır.
- 15) Ateş ölçer, 2 yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.
- 16) Ateş ölçer, Türkçe kullanım kılavuzu, 4 adet AAA pil ve pratik kullanımına yönelik Türkçe DVD Verilmelidir.
- 17) Cihazın ağırlığı = 90 gr (piller dahil)
- 18) Cihazın boyutları = 165 x 40 x 21.9 mm (koruma kapağı dahil)
- 19) Rezolüsyon Bilgisi = 0.1 °C
- 20) Ateş ölçer, alından ölçüm aralığı = 34/42.5 °C olmalıdır.

Mahsum U. DİZ
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu

SAGLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA KEMAL PAŞA HASTANESİ
ACI VE MALİ İŞLER BİRİM SOR

Sezer YÜKSEKBAŞ
Acil Servis Sorumlusu