

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

07.01.2020

Sayı :

Konu Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 10 (On) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K D V hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan E. GÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM	Adet	1		
2	PERİPROSTETİK DESTEK PLAK TİTANYUM/ COCR/ KARBON TÛM BOYLAR (TV3050)	Adet	1		
3	KABLOLAR VE BANDLAR, KABLO, ORTAK KULLANIM, TÛM KEMİKLER, YARDIMCI ÜRÜNLER, KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL), TİTANYUM/COCR, TÛM BOYLAR (TV5770)	Adet	5		
4	KİLİTSİZ/KİLİTLİ DÜĞME İMPLANTI PERİPROSTETİK KIRIKLAR İÇİN TİTANYUM/COCR 3.5 - 5 0 MM TÛM BOYLAR(TV3030)	Adet	5		
5	PLAKLAR VE VİDALAR TÛM KEMİKLER PLAK- KABLO PERİPROSTETİK KIRIKLAR PERİPROSTETİK İMPLANTLAR KİLİTLİ ATAŞMAN PLAK-BAĞLANTI VİDASI TİTANYUM/CoCr TÛM BOYLAR	Adet	5		
6	BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ	Adet	1		
7	ASETABULAR CUP	Adet	1		
8	İÇİNE KİLİTLİ VİDA TAKILABİLEN (SCREW-IN-SCREW) TİTANYUM/COCR/ KARBON FİKSASYON VİDASI TÛM BOYLAR	Adet	2		
9	KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 28MM ALUMİNA/ZİRCONİA/OXİNİUM DELTA SERAMİK	Adet	1		
10	LİNER	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi 08 01 2020 09 00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır

9-Ödeme Zamanı Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

Not 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi

Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42

Tlf: 0 (432) 451 204 Fax e_mail: muradiyedevelethastanesi@hotmail.com

ÇİMENTOSUZ SEÇENEKLİ BM KAPLAMALI STEMLİ E-POLLY TOTAL KALÇA PROTEZİ

- 1 Forged Titanyum alaşımından yapılmış ve poroz plazma sprej+bone master kaplamalı olmalıdır Ürünün poroz+HA(dual) kaplama seçeneği de bulunmalıdır
- 2 Femoral protez proksimal tespit özelliğinde olmalı, protezin proksimal yüzeyinde poroz plazma sprej kaplama olmalı ve konik şeklinde dizayna sahip olmalıdır.
- 3 Rotasyonel ve aksiyel stabilite sağlayan flat wedge dizaynına sahip olmalıdır
- 4 Boyun konikliği 12/14 taper olmalıdır
- 5 9 farklı boyun uzunluğuyla kombine edilebilen Standard ve Lateralize offset opsiyonu bulunmalıdır
- 6 Çimentolu ve çimentosuz seçenekleri olmalıdır.
 - a Enstrümantasyon reamerizasyon,ve raspalama seçeneklerini sunmalıdır.
 - b Deneme raspa üzerinden yapılabilirdir.
 - c. Distal çapı 6 mm ile 20 mm arasında olmalıdır
- 7 Stem uzunluğu 132mm ile 160 mm arası olmalıdır
- 8 Acetabular cup titanium (Ti 6 AL 4 V Alloy) dan imal edilmiş olup dış yüzeyi tamamen plazma sprejle Titanium Porous Coating malzemeyle aktif kaplanmış olmalıdır
- 9 Sistemde jumbo acetabular cup seçenekleri olmalıdır
- 10 Acetabular cup ile C2A(CERAMIC)M2A(METAL) ve e-polly(E vitamini emdirilmiş olmalı) liner kullanılabilir
- 11 Acetabular cup vidalı ve presfit kullanılabilir
- 12 Acetabular cup vida delikleri end cup ile kapalı olmalı ve gerektiğinde çıkarılıp vida göndermeye olanak sağlamalıdır
- 13 Acetabular cup 15 derece ve standart olarak 2 farklı tipte olmalıdır
- 14 Acetabular cup seçenekleri 46 mm den 70 mm ye kadar 2'şer mm artacak dış çaplarda olmalıdır
- 15 Acetabular cup için iç yuvalardan 6 5 mm Titan Cancellous vida kullanımına uygun olmalıdır
- 16 Acetabular cup gama steril edilmiş olup ambalajı üzerinde (acetabular cup – Insert –head uyumu için) renk kodu bulunmalıdır
- 17 Vidalar titanium olmalı , boyları 15 mm ile 60 mm. arasında çeşitli boylarda olmalıdır
- 18 Acetabular liner sistemi 28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır
- 19 Acetabular liner ,acetabular cup büyüdükçe liner büyümelidir C2A(ceramic)28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır
- 20 Acetabular liner ,acetabular cup büyüdükçe liner büyümelidir M2A(METAL)28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır
- 21 Acetabular liner UHMWPE ve E-POLLY (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)-(E vitamini emdirilmiş) den imal edilmiş olup ayrıca ArCom maddesiyle güçlendirilmiş olmalıdır.
- 22 Constrained insert seçeneğininde beraberinde hazır bulunmalıdır.
- 23 Acetabular liner sistemi standart , High Wall ve 10 Deg. Seçenekleri içermelidir
- 24 Acetabular Insert , acetabular cup üzerinde bulunan özel kilitleme mekanizması vasıtasıyla pres fit olarak kilitlemelidir
- 25 Ürün ethylen oxid ile steril edilmeli ve raf ömrü 10 yıl olmalı , dış ambalajı üzerinde renk kodu bulunmalıdır
- 26 Sistemde mevcut olan tüm acetabular cup ve linerler için denemeleri bulunmalıdır
27. Modular head CoCr,C2A,M2A 11/13 ve 12/14 cone femoral stemle kullanılabilir ve ameliyat sırasında hazır bulunmalıdır.
- 28 Modular head ler 7 boy olmalıdır CoCr,C2A,M2A cone 11/13 ve 12/14 den oluşmalıdır.
- 29 Kalça vakalarında bu üç sistem (C2A,M2A, E-POLLY) birbirine uyumlu olmalıdır Operasyon esnasında hastanın durumuna göre malzeme kullanılabilir

ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM 1 ADET

AETABULAR CUP 1 ADET

ACETABULAR LINER 1 ADET

FEMORAL BAŞ 1 ADET

ACETABULAR VIDA 2 ADET 2 (iki)

CABLEO 5 ADET

DOMİNO 5 ADET

DOMİNO VIDASI 5 ADET

BASINÇLI YIKAMA 1 ADET

KABLOLU PLAK 1 ADET

LİNER LİNER 2 ADET

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:133875

Kader Sençöl
Hemşire
KA

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:133875