

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

17.01.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOL MANŞONU	Adet	1		
2	BACAK MANŞONU	Adet	2		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:21.01.2020 11:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

BACAK-SÜPER UZUN TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU

1. TEK KAFLI ,RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI İLE SİLİKON TORBALI VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DOĞAL LATEX KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR..
2. DIŞI YIKANABİLİR KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR.
3. CUFF UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELCRO İLE SABİTLENMELİ OLMALIDIR.
4. VBM MARKA TURNİKE CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
5. CUFF BOYU VE SİLİKON YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI 107 CM. OLMALIDIR.
6. MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN 134 DERECE ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.
7. 134 DERECE OTOKLAVDA 5 DAKİKA TUTULARAK STERİL EDİLEBİLDİĞİ KULLANMA KILAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.
8. EL YAPIMI OLMALIDIR. BASKI İZLERİ VE DERİ YARALANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN TÜYSÜZ YÜZEYLİ , BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALI VE MANŞONLARA SIVI GEÇMESİNİ ENGELLEMEK KİRLENMESİNİ KORUMAK İÇİN HER MANŞON KUTUSUNUN İÇİNDE 1 ADET KORUYUCU TURNİKE KAF KILIFI BULUNMALIDIR
9. ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 50 KEZ HAZIRLAMA İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTMELİDİR.
10. DETAYLI TEMİZLİK İÇİN MANŞONUN İÇERİSİNDEKİ SİLİKON YASTIK MANŞONUN HORTUMLARIN ÇIKTIĞI UCUNDAN ÇEKİLEREK ÇIKARTILABİLMELİDİR. VE BU AÇIKLIK VELCRO İLE KAPATILMALIDIR..
11. MANŞONUN YUVARLANMIŞ ŞEKLİNİ KORUYABİLMESİ İÇİN SİLİKON YASTIĞI BOYUNCA KUMAŞ KILIFIN İÇERİSİNDE (HDPE) YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN PLAKA BULUNMALIDIR.
12. KULLANIM ÖMRÜNÜN DAHA UZUN OLMASI İÇİN FERMUAR VEYA BENZERİ BİR YAPI YERİNE İÇ YASTIĞIN ÇIKARTILABİLECEĞİ DİKİŞ ARALIĞI BULUNMALIDIR
13. ISO BELGELİ, CE İŞARETLİ OLMALIDIR.
14. UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Din. Fes. No:133875

Kadir SENGÖL
Deneyimci
KJ

Serbest TOĞA

KOL-UZUN TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU

1. TEK KAFLI ,RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI İLE SİLİKON TORBALI VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DOĞAL LATEX KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR..
2. DIŞI YIKANABİLİR KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR.
3. CUFF UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELCRO İLE SABİTLENMELİ OLMALIDIR.
4. ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 50 KEZ HAZIRLAMA İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTMELİDİR.
5. VBM MARKA TURNİKE CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.
6. MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN 134 DERECE ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.
7. 134 DERECE OTOKLAVDA 5 DAKİKA TUTULARAK STERİL EDİLEBİLDİĞİ KULLANMA KILAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.
8. EL YAPIMI OLMALIDIR. BASKI İZLERİ VE DERİ YARALANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN TÜYSÜZ YÜZEYLİ , BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALI VE MANŞONLARA SIVI GEÇMESİNİ ENGELLEMELİ KIRLENMESİNİ KORUMAK İÇİN HER MANŞON KUTUSUNUN İÇİNDE 1 ADET KORUYUCU TURNİKE KAF KILIFI BULUNMALIDIR.
9. CUFF BOYU VE SİLİKON YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI 46CM OLMALIDIR.
10. DETAYLI TEMİZLİK İÇİN MANŞONUN İÇERİSİNDEKİ SİLİKON YASTIK MANŞONUN HORTUMLARIN ÇIKTIĞI UCUNDAN ÇEKİLEREK ÇIKARTILABİLMELİDİR. VE BU AÇIKLIK VELCRO İLE KAPATILMALIDIR
11. MANŞONUN YUVARLANMIŞ ŞEKLİNİ KORUYABİLMESİ İÇİN SİLİKON YASTIK BOYUNCA KUMAŞ KILIFIN İÇERİSİNDE (HDPE) YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN PLAKA BULUNMALIDIR.
12. KULLANIM ÖMRÜNÜN DAHA UZUN OLMASI İÇİN FERMUAR VEYA BENZERİ BİR YAPI YERİNE İÇ YASTIĞIN ÇIKARTILABİLECEĞİ DİKİŞ ARALIĞI BULUNMALIDIR.
13. ISO VE CE İŞARETLİ OLMALIDIR.
14. UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.

Uludağ University Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tic. Sic. No:133875

Kader EBMGSC
Hemşire
KJ

Sesest 706A
S