

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

07.02.2020

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kagan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SARGI BEZİ 10CM	Adet	700		
2	ASPIRATÖR UCU VAKUM KONTROLSÜZ	Adet	350		
3	HİDROFİL GAZLI BEZ9 0 CM X 100 M 16 TEL ZİGZAG	Adet	3000		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:11.02.2020 11:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vart, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ASPIRATÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Yumuşak PVC de üretilmiş olmalıdır,
- 3- Bütün aspiratör cihazlarına uyumluluk özelliği olmalıdır.
- 4- Vakum kontrollü, 3/8 standart uçlu ve 210 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 5- Hortuma paralel dıştan destekleyici çıkıntılara sahip olarak bükülmeye dirençli yapıya sahip olmalı.
- 6- Hortum yumuşak fakat vakumla daralmayacak yapıda olmalıdır.
- 7- hortumun kesiti 5,5x8,5 mm olmalı.
- 8- Bir ucu sabit konnektörlü diğer ucu kesilebilir (3 farklı kalınlıkta konnektöre adaptasyon) konnektöre sahip olmalı.
- 9- Uç kısmında yankauer aspiratör ucuna sahip olmalı.
- 10- Uç çok amaçlı kullanıma uygun olup ergonomik, tek parça, sert, dayanıklı ve güçlü doku retraksiyona sahip olmalı.
- 11- Aspiratör ucu yan delik ve akımı engellemeyen geniş iç çapa sahip olmalı.
- 12- Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.

Kader SENGÖL
Hemşire
K.D.

Tuba AYDIN
Hemşire
T.A.

Suna Coşkun
Hemşire
S.C.

Gazlı Bez

- 1- Beyaz, temiz, kokusuz ve çirrişsiz(apresiz) olmalıdır.
- 2- Hiçbir boya maddesi içermemelidir.
- 3- İplik sayısı enine, boyuna 1 cm² sinde 20 tel olmalıdır. (Toplam atkı+çözgü sayısı 20 olmalı)
- 4- %100 pamuk ipliğinden olmalıdır.
- 5- Eni 90cm, boyu 100 metre olmalıdır.
- 6- Türk Kodeksine uygun, muntazam dokunmuş, kenarları düzgün olmalıdır.
- 7- Yüksek emicilik gücüne sahip olmalıdır.
- 8- Suya, neme dayanıklı koruyucu kap içinde olmalıdır.
- 9- Gaz bezinde koku ve nem olmamalıdır.
- 10- Klorür, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin ve boya içermemelidir.
- 11- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Acik servis sorulur
Sezer Yurubog
S. Yurubog

Hemire
Sedat Bayraktar
S. Yurubog

Hemire
Ahmet Aydin
A. Aydin