

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Van İl Sağlık Müdürlüğü  
Muradiye Devlet Hastanesi

28.09.2020

Sayı :  
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİGÜL  
Başhekim

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG EL- AYAK MANDALI	SET	7		

**Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları**

**EK:Teknik Şartname**

Son Teklif Verme Tarihi:02.10.2020 11:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## EKG EL-AYAK MANDALI TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Mandallar ekg çekiminin yapılmasına uygun olmalı.
- 2-Mandalların tüm metal yüzeyi gümüş-gümüş klorür(Ag/AgCl) kaplı olmalı.
- 3-Mandalların yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalı.
- 4-İletkenliği yüksek olmalı.
- 5-Bağlantı noktası sayesinde düz pim, banana ya daçıt çıt uçlu kablolarla takılabilmeli.
- 6-Metal kısımları paslanmaz olmalı.
- 7-Mandallar hastanemizde bulunan çeşitli markalardaki EKG cihazlarına uygun olmalı.
- 8-Ekg mandalları 4'lü set halinde takım olmalı.
- 9-Mandallar yetişkin hastaların kullanımına uygun olmalıdır.

Sezer YÜKSEKBAS  
Acil Servis Sorumlusu

Mahsum İLDİZ  
Biyomedikal Tüketim  
Depo Sorumlusu

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
MURADIYE DEVLET HASTANESİ  
MUSTAFA GÜLTAS  
İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR