

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Van İl Sağlık Müdürlüğü  
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

18.03.2021

**PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Demirbaş Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :29.03.2021 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "[vandhs8@saglik.gov.tr](mailto:vandhs8@saglik.gov.tr)" adresine mail gönderilmesi ;  
Bilgilerinize rica olunur.

**Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY**  
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	KAN ALMA KOLTUĞU	1	Adet		
Toplam					
<p>* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.</p>					
<b>İMZA-KAŞE</b>			<b>İLETİŞİM BİLGİLERİ</b>		

## KAN ALMA KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Koltuk sırt oturma ve ayak olmak üzere üç ana kısımdan oluşmalıdır.Sırt ve ayak kısmı ayrı 2 adet motor ile kumanda edilmelidir.
- 2.Koltuk kolay temizlenebilen suni deri ile kaplı olmalıdır.
- 3.Koltuk kolçakları üç boyutlu hareket edebilir ve kan alma için uygun tasarlanmış olmalıdır.
- 4.Tekerlekler ayrı ayrı kilitlenebilir olmalıdır.
- 5.Koltuğun yüksekliği motorla ayarlanabilir olmalıdır.
- 6.Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiş olmalıdır, zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır ve metal kısımlar anti korozyon kaplama yapılmış olup abs plastikler ile kapatılmalıdır.
- 7.Koltukla birlikte şilte aksesuar olarak bulunmalıdır.
- 8.Koltuk yüksekliği 52-58 cm olmalıdır.
- 9.Kan alma kolları ile birlikte toplam genişlik 85-105 cm olmalıdır.
- 10.Koltuk sırt açısı 75-78 derece olmalıdır.
- 11.Sırt uzunluğu 70-75 cm sırt eni ise 50-55 cm olmalıdır.
- 12.Koltuk bacak uzunluğu 25-45 cm olmalıdır.
- 13.Koltuk toplam uzunluğu 170-180 cm olmalıdır.
- 14.Koltuğun 1 adet kafa yastığı bulunmalıdır.
- 15.Koltuk komple yatak haline gelebilmelidir.
- 16.Koltuğun temizliği kolaylıkla ve her zaman bulunabilecek dezenfektan maddelerle yapılabilmesi, hastalar arası enfeksiyon bulaştırma riski taşınamamalıdır.
- 17.Gerekli durumlarda koltuğun motor dahil tüm parçaları kolaylıkla değiştirilebilecek, bakım ve servisi kolayca yapılabilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
- 18.Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
- 19.Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.

Faruk Yavuztürk  
KTM. 500.



Furkan Akar Öner

