

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

19.03.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Demirbaş Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 31.03.2021 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	KLOR ÖLÇÜM CİHAZI	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

FOTOMETRİK SERBEST KLOR VE PH ÖLÇER CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ölçümlerini fotometrik yöntem ile yapabilmelidir.
2. Cihaz sudaki serbest klor ve Ph değerini ölçmelidir.
3. Cihaz pratik kullanıma sahip olmalıdır.
4. Cihaz gözle görülebilir ölçüm yapılabilmeye sahip olmalıdır
5. Cihaz serbest klor ölçümüne en az 0-5 ppm aralığında 0.1 ppm hassasiyetle ve Ph 6.5-9.5 aralığında ölçüm yapabilmelidir.
6. Deney tüpü yuvası su/çözücü kimyasallara karşı dayanıklı ve su geçirmez olmalıdır.
7. Cihazın 2 yıl garantisi bulunmalıdır.
8. Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır.(CE EN50081-1,EN 50082-2 standartlarına sahip olması tercih sebebidir.)
9. Cihazın yanında 15 ml ortotolidin solüsyonu ve Ph indikatörü verilmelidir.
10. Ortotolidin solüsyonlarının Müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten itibaren en az 22 ay son kullanma ömrü olmalıdır.
11. Cihaz elektronik olmamalıdır.

T.C.
Muradiye Devlet Hastanesi
Çevre Sağlığı Teknikeri
FELİM TAŞ

Epilim ve Enf. Hemşiresi
Ayşe Keleş
A. Keleş

GÜLŞAH GÜLAYDIN
Hemşire
Muradiye Devlet Hastanesi
II. Sağlık Müdürlüğü