

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

21.04.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :27.04.2021 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	SPIROMETRE TERMAL KAĞIDI 110 MM X 30 MM	50	Adet		
2	TANSİYON ALETİ YETİŞKİN	10	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE


İLETİŞİM BİLGİLERİ


SPİROMETRE TERMAL KAĞIDI 110x30 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kağıt termal tipte alkol bazlı olup termal yazıcılara zarar vermemelidir.
- 2- Kağıt milimetrik kare baskılı olmamalıdır.
- 3- Kağıdın ebadı 110 mm x 30m olmalıdır.
- 4- üünün UBB kaydı olmalıdır.
- 5- Kağıdın hangi marka ve model cihaz için üretilmiş olduđu ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

6. Tüklenen Firma Hastane ile görüşülecek ve cihaz markası ve kağıdın bilgisi alınacaktır.

7- Kağıt Rulo şeklinde olmalıdır.


Muradiye Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLTAŞ
İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

Acil Sor. Amis.
Sezer Yikochop


TANSİYON ALETİ TEKNİK SARTNAMESİ

1. KONUSU: Tansiyon Aleti teknik şartnamesidir.
2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
 - 2-1- Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olacaktır. Manometre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlanmış olacaktır.
 - 2-2- Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olacaktır. Manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift girişli olacaktır.
 - 2-3- Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olacaktır. Kadran 0-300 mmHg basınç göstergeli olacaktır.
 - 2-4- Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olacaktır.
 - 2-5- Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olacak, manşet kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka olacaktır. Manşet iç lastik ölçüleri en az 12x25 cm olmalıdır.
 - 2-6- Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olacak ve hava verilmesi anında derhal şişecek ve gevşemeyecektir.
 - 2-7- Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olacaktır.
 - 2-8- Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olacaktır. Puarın dip kısmında filtresi bulunacaktır.
 - 2-9- Puar kauçuktan imal edilecek ve üzerinde orijinal markası bulunacaktır.
 - 2-10- Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta üzerinde aletin tipini gösterir yazısı bulunacak ve çanta sağlam bir şekilde dikilmiş olacaktır.
 - 2-11- Her tansiyon aletinin yanında bir adet tansiyon ölçmeye uygun aynı marka steteskop verilecektir.
 - 2-12- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
 - 2-13- İhale esnasında mutlaka numune getirilmelidir.
 - 2-14 Her tansiyon aletinin yanında 1 adet steteskop verilecektir.

Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLTAS
Mali İşler Birim Sorumlusu

Salih Dıncı