

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

05.04.2019

Sayı :

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Adet Röntgen Cihazı 1 Yıllık Periyodik Bakım Onarım Hizmet İş Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Çetin OKUMUŞ
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1 ADET RÖNTGEN CİHAZI YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ	Ay	12		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:10.04.2019 14:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi

Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42

Tlf: 0 (432) 451 2047 Fax:04324512002 e_mail: muradiyedevelethastanesi@hotmail.com

RÖNTGEN CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIKLAMA:

Muradiye İlçe devlet hastanesinde bulunan **SG HEALTH CARE** Marka **SG HEALT CARE JUMONG** Model **SÜTE1505071** Serinolu ve **IBIS NEEO** Marka **NEEO S9** Model **081979-14-00008** Serinolu Dijital röntgen cihazı ve C kollu skopi cihazların bakım ve onarımını kapsar.

- 1- Röntgen cihazları periyodik bakımları 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa yapılacaktır.
- 2- Röntgen cihazları bakımı radyoloji birim sorumlusu ve klinik mühendislik hizmetleri nezaretinde yapılacaktır.
- 3- Hastane idaresi tarafından arıza bildirimine müteakip, 48 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir. Parça gerektirmeyen durumlarda 12 saat içerisinde arıza giderilecektir. Yedek parça gerektiren durumlarda firma teknik servis formu düzenleyerek hastane idaresine verecektir. Yedek parçanın yurt dışından temini durumunda 21 gün içerisinde cihazın arızasını giderecektir.
- 4- Röntgen cihazına takılan yedek parçalar 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- 5- Röntgen cihazının bakımında mekanik aksam, ray, rulman ve halat sistemleri kontrol edilecek, temizliği ve ayarları yapılacaktır.
- 6- Röntgen tüpünün, akciğer bukisi ve masa bukisine odaklama ayarları yapılacaktır.
- 7- Röntgen cihazının elektriksel ve elektronik aksamalarının kontrol ve temizliği yapılacaktır.
- 8- Röntgen cihazının mA ve KV ayarları kontrol edilecek, röntgen tüpü radyasyon çıkışı ölçümleri yapılacaktır.
- 9- Röntgen tüpünün radyasyon kaçak ölçümleri yapılacak, ortamdaki radyasyon yoğunluğu seviyesinin TAEK standartlarında uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.
- 10- Bakım onarım hizmet alımı için teklif veren firmanın 'TSE 12426 (29.04.2016) YETKİLİ SERVİSLER-TIBBİ CİHAZLAR-KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN A GRUBU CİHAZLAR (RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZLAR)' tebliğine göre verilmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. Hastanede hizmet veren röntgen cihazlarının en az 1 tanesinin markası ve modeli TSE belgesine kayıtlı olacaktır.
- 11- Teklif veren firmanın en az bir çalışanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan dozimetre kaydı bulunacaktır.
- 12- Teklif veren firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bu işi lisanslı olarak yapabildiğini gösteren 'TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ' bulunacaktır.
- 13- Koruyucu bakımdan sonra yüklenici tarafından düzenlenerek imzalanmış 3 (üç) nüsha teknik servis formu teslim edilecektir, formlarda künye yazması ve hastane yetkilisinin de imzası olması zorunludur.

14- Yklenici firma yapacađı veya yaptıđı koruyucu bakım sonucunda arıza tespit eder ve arızalı durumdaki cihazların para deđiřiminin gerektiđi kararını verir ise idareye yklenicinin aık adres ve kařesini tařıyan servis bakım raporu ile deđiřecek paraları bildirecektir.

15- Koruyucu bakım esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ve bunların onlenmesi iin alınacak tedbirlerden yklenici sorumlu olacaktır. Oluřan hasar ve arızalar yklenici tarafından cretsiz olarak giderilecektir.

16- Cihaz bakını onarım hizmetleri hastane ierisinde (yerinde) sunulacaktır. Hastanede bakım onarım hizmeti yapılamayacak cihazlara firma laboratuvarında iřlem yapılacaktır. Bu durumda cihazlar kontrol teřkilatından tutanak ile teslim alınacaktır. Cihazların tm tařıma giderleri ve sorumlulukları ykleniciye aittir.


17- Mevcut cihazlarda birim fiyat zerinden anlařılacaktır. Yapılan anlařmada iř miktarında adet zerinden azaltmaya gidilirse birim fiyat zerinden dřř gerekleřtirilecektir.

18- Yklenici firma ihalede bakım yapacak firma elmanlarının isim listesini ve radyoloji cihazları zerine eđitim sertifikasını ihalede sunmalıdır.

Rntgen Tek.

Satıh Sevin


Rntgen Tek.

Osman Akdađ


Rntgen Tek.

Ferhat ACAR
