

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

05.04.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Adet Tıbbi Cihaz Yıllık Periyodik Bakım Onarım Hizmet İşi Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Çetin OKUMUS
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ	Ay	12		
2	YIKAMA CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ	Ay	12		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:09.04.2019 10:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ OTOKLAV YIKAMA CİHAZIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmakta olan aşağıda adı yazılı cihazların yedek parça harici yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır. Yüklenici firma cihazları çalışır durumda tutabilmek için bakım ve onarım işini yapacaktır.

CİHAZ LİSTESİ:

	Cihazın Cinsi	Markası	Modeli	Seri Numarası
1.	Otoklav	Trans	Elite -8	555CM1206111405
2.	Yıkama	Geringe	89 Serisi	GET11198

2. BAKIM ONARIM ÖZELLİKLERİ:

- 2.1. Cihazların kapsamlı periyodik bakımı yılda 4 olup 3 ayda bir yapılacaktır.
- 2.2. Yüklenici firma Hastane Tıbbi Cihaz personeliyle koordineli çalışacaktır.
- 2.3. Arıza bildirimini telefon, faks ya da e-posta ile yapılacaktır.
- 2.4. Bakım esnasında kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafında temin edilecek.
- 2.5. Yüklenici; kendisine arıza bildirildikten en geç 48 saat içinde arızaya müdahale edilerek nedeni tespit edilmeli ve bildirimden 72 saat içinde de yedek parça kullanılmayacak arıza gidermiş olacaktır.
- 2.6. Cihazların tüm testleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihaz testlerden geçmediği takdirde arızalı sayılacaktır.
- 2.7. Yüklenici firma arıza durumunda mesai saatleri dışında, hafta sonu veya resmi tatillerde çalışacak ve normal çalışma saati dışındaki çalışmaları için herhangi ek ücret talep etmeyecektir.
- 2.8. Cihazlarda meydana gelecek programsal arızalar yüklenici tarafından giderilecektir.
- 2.9. Bakım ve onarım esnasında herhangi yedek parça ihtiyacı doğarsa, Hastane İdaresine parçanın niteliği, adedi ve yüklenici firma tarafında satışı yapılıyorsa satış fiyatını bildir liste verilecektir. İdare parçaları istediği tedarikçiden temin edebilir. Yedek parçaya ilişkin idare kararı yüklenici firmaya ulaştıktan 15 gün içerisinde (yurtdışında istenecek parçalar hariç) yedek parça temin edilecek ve 3 gün içerisinde de arıza giderilmiş olacaktır.
- 2.10. Değişimi gereken parçaların montajı ücretsiz yapılacaktır.
- 2.11. Hastanede cihaz onarım mümkün olmadığında nakliye ücreti yüklenici firma tarafında karşılanacaktır.
- 2.12. Yüklenici can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri almak zorundadır.
- 2.13. Cihazda fonksiyon kayıpları tespit edildiğinde servis işlemleri bitmemiş sayılır.
- 2.14. Cihazların arızalı olduğu zamanlar sözleşmeye ilave edilecektir.

- 2.15. Servis işlemi sonunda, cihazların çalışma performansı test edilecek ve cihazlar çalışır durumda teslim edilecek.
- 2.16. Bakım onarım hizmeti sırasında cihazlarda meydana gelecek arızalar yüklenici firma tarafında ücretsiz giderilecektir.
- 2.17. Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı yedek parça ücreti yükleniciye ait olmak üzere ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
- 2.18. Yüklenici cihazlarda %95 aktif çalışma (uptime) süresini sağlamak zorundadır.

3. FİRMA YETERLİLİĞİ:

- 3.1. Yüklenici adı geçen cihazlara teknik servis verebilme yeterliliğinde olmalı.
- 3.2. Yüklenici firma personeli adı geçen cihazlara Bakım-Onarım yapmakla yetkili olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgesine sahip olmalı.
- 3.3. Bakım ve onarımı yapacak Yüklenici firma çalışanları cihazlarla ilgili eğitim sertifikalarına sahip olmalı.
- 3.4. İstenen tüm belge ve sertifikalar ibraz edilecektir.
- 3.5. Yüklenici firma Sterilizasyon Ünitesine'de çalışan personele cihazların çalışması konusunda eğitim verilecektir.

Zafer Başar

Bonur Onarım

Sabest TOGA