

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

09.05.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Çetin OKUMUŞ
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ	Adet	1		
2	ANTİBİYOTİKLİ ÇİMENTO	Adet	1		
3	İ ÇİMENTOLU BAĞ KESEN SABİT İNSERTLİ TOTAL DİZ PROTEZİ	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:10.05.2019 14:30

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir

FİRMA-KAŞE
İMZA

İ ÇİMENTOLU BAĞ KESEN SABİT İNSERTLİ TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FemoralKomponentCobaltCrom ve Titanium (Co-Cr- MO / Ti Al 4V Alloy) maddelerinden üretilmiş olmalıdır.
2. FemoralKomponent anatomik yapıya sahip olmalıdır,sağ sol olarak ayrılmalıdır.
3. FemoralKomponentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için ıkikondil arası barla kapalı olup "Bağ kesen" uygulamada kullanılmak üzere kullanılacak olan Polyethylen çıkıntısı için yuvası olmalıdır.
4. FemoralKomponent kadar 5 er mm artacak şekilde en az 6 (altı) boy olmalıdır.
5. FemoralKomponentkesisinde ,sistem 3,5,7,9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir.
6. Ürün tamamen anatomik yapıya uyumlu olması için FemoralCondillleri dıştan içe doğru 8 derecelik bir açığı sahip olmalıdır.
7. TibialKomponent üniversal olmalıdır ve en az 7 boy olmalıdır.
8. TibialKomponentTitanium (Ti 6 Al 4V Alloy) malzemelerinden üretilmiş olmalıdır.
9. TibialKomponent ile insert birbirine ilave olarak önden kilitlenebilmeli ve bu amaçla üretilmiş olan " kilitlenme kaması" tibialkomponent ile birlikte paketlenmiş ve Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Tibial İnsert kalınlığı 10mm den başlayarak ikişer mm artacak şekilde olmak üzere 5 (beş) boy ve 5 (beş) genişlikte toplam 25 (yirmibeş) ayrı ölçüde kullanım imkanı sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Tibialkomponent uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından 4 (dört) ayrı dizaynda üretilmiş (keel, I-beam, Fluted, Cruciate) tibialstem takılabilmelidir.
12. Tibialstem uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından, 2 (iki) ayrı boyda üretilmiş olmalı ve bağlantı vidası ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
13. FemoralKomponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minumuma indirmek için,Tibial insert ArcomProcessedPolyethylene (UHMWPE) (Argon PackedCompressienMouldedPolyethylene) tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.(Belgelenmelidir.)
14. FemoralKomponent ve tibial insert arasında size bağımlılığı olmadan (interchangable) kullanılabilmelidir.(En küçük size femoralKompenet ile en büyük boy tibialtray aynı anda kullanılabilmelidir.)
15. Patella üç pegli olmalı ve protezin kullanım ömrünü ve konforunu arttıran ArcomPolyethylene malzemesinden üretilmiş olmalıdır.Ayrıca tek pegseçeneğide bulunmalıdır.

İsmail Coşkun
Hemşire
İsmail

Kader SENGİL
Hemşire
Kader

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muratlı Devlet Hastanesi
Op.Dr. Murat Hakan KABA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:133875

ANTİBİYOTİKLİ STANDART VİSKOZİTELİ KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
Antibiyotikli Standart Viskozite Kemik Çimento ürün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 40 gr. Toz ve 20 ml'lik paketler şeklinde olmalıdır.
- Ampul sterilblistir içerisinde ve paket toz çift kat steril pouch içerisinde olmalıdır.
- Toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır. İki güvenlik paketidesteril olmalıdır.
- Raf ömrü 36 aydır.
- Çalışma süresi 8 dakikadır.
- Aktif maddenin sıvı kısmında 17,8 ml methylmethacrylate, toz kısmında 35gr polymethylmethacrylate olmalıdır.
- Erken katılaşma özelliği olmalıdır.
- Toz ve Sıvı kısım bir araya karıştırıldığında 1dk içerisinde homojen hale gelebilmelidir.
- Kemik çimentosu içindeki baryum sülfat oranı %9'un altında olmamalıdır.
- Çimentonun kemiğe çabuk nüfuz edebilmesi için ortalama makaslama stresi 7mpa'dan fazla olmalıdır.
- Çimentonun spongioz kemiğe olan nüfuz derinliği 20 PSI'dan, 2mm üzeri 40 PSI'da 4mm üzerinde olmalıdır.
- Sağlık bakanlığı kullanımı izni veya ithal ürünler için ithalat izin belgesi olacaktır.
- Mekanik olarak güçlü bir çimento olmalıdır ve bu klinik deneylerle kanıtlanmış olmalıdır.
- Antibiyotik ihtiva etmelidir.

Kader SENGÖL
Demirce
KF

Dina COŞKUN
Hansre
Jücel

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. ~~Amir~~ Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:133875

- BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sistem kendinden bataryalı tasarıma sahiptir.
- 2-Çift kanallı olup aynı anda basınçlı yıkama ve emme yapabilmektedir.
- 3-Elceği El Ergonomisine uygun ve rahat kullanılabilir.
- 4-Setin tüm parçaları, uygulama ucu dahil tek steril pakettir.
- 5-Sterilizasyon işlemi etilen oksit ile yapılmıştır.
- 6-Batarya bölmesi steril alanda elceğini içersindedir.
- 7-Tetik sistemi emniyet düğmesi vardır.
- 8- Tüm nitrojen veya oksijen kaynaklarına kolayca takılabilmektedir.
- 9-Üç basamaklı değişken kontrol ve sürekli değişken kontrol olmak üzere iki operasyon modu vardır.
- 10-Ambalajın üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi vardır.
- 11-Sistem tamamen steril ve tek kullanımlıdır.
- 12-Tibial flow tip silikonludur.
- 13-Femoral kanal tip humerusintramedüller kanal yıkaması için kullanılabilir.
- 14-Sistem Ce,Fda ve İso 13485 belgelerine sahip olmalıdır

Kader SENGÖR

Hemşire

KŞ

Dina Coşkun

Hemşire

Jünel

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:133875