

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

27.05.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1(Bir) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Çetin OKUMUS
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LC MİNİ FRAGMAN PLAK -VİDA SİSTEMİ	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:28.05.2019 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtcektir

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi
Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42
Tlf: 0 (432) 451 204 Fax: e_mail. muradiyedevelethastanesi@hotmail.com

LC MİNİ FRAGMAN PLAK – VİDA SİSTEMİ

1. Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır
2. Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli, kilitsiz vidalar, ISO5832-3 Tı6Al4V Eli standartlarındaki hammaddeden imal edilmiş olmalıdır
3. Ürünün izlenebilirlik lot nosu olmalıdır
4. Plakların üzerinde yer alan delikler kilitli ve kilitsiz vidaların uygulanabileceği tarzda olup, X plak ve W (Multifragman) plak dışında kombi delik yapısına sahip olmalıdır. Mini Fragman Plak Sistemi içerisindeki tüm plakların vida delikleri Ø2 0 mm, Ø2 4 mm ve Ø2.7 mm kilitli ve kilitsiz vidalar ile uyumlu olmalıdır.
5. Sistem düşük profil plak ve vida yapısına sahip olmalı ve plak profili Ø2 0 mm plaklar için 5.5 mm, Ø2.4 mm plaklar için 6 0 mm, Ø2 7 mm plaklar için ise 7 0 mm olmalıdır (Toleransı ± 0.2 mm)
6. Mini fragman plak vida sistemi dahilinde Ø2 0 mm plaklar içerisinde, 4 -6 - 8 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Straight Plate ', 6 ve 12 delikli olmak üzere iki seçenek olarak sunulan 'LC Mini Fragment Adaption Plate', kondiler bölgede kullanılmak üzere 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Condylar Plate', 4 + 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Y - Plate' yer almalıdır.
7. Ø2 4 mm plak sistemi içerisinde, 4 - 6 - 8 delik yapısına sahip 3 farklı boyda ' LC Mini Fragment Straight Plate', 6 -12 delik yapısına sahip 'LC Mini Fragment Adaption Plate', 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Condylar Plate' ve 4 + 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Y - Plate' yer almalıdır
8. Ø2 7 mm plak sistemi içerisinde, 4 - 6 - 8 delik uzunluğuna sahip ' Mini Fragment Straight Plate', 6 - 12 delik yapısına sahip ' Mini Fragment Adaption Plate', 7 delik yapısına sahip ' LC Mini Fragment Condylar Plate', Sağ ve sol olmak üzere 2 + 3 delik yapısına sahip 'LC Mini Fragment L - Plate' ile sağ ve sol taraflı uygulamalar için ayrı ayrı olmak üzere 2 + 3 delik yapısına sahip 'LC Mini Fragment L - Plate (Oblique) ', Small ve Standart boy olmak üzere iki çeşit ' LC Mini Fragment X - Plate', LC Mini Fragment X - Plate (Small)' bulunmalıdır
9. Plaklar, özel tasarım set dizaynı içerisinde yer alan uygun enstrümanları aracılığı ile istenildiğinde kesilebilmeli, şekillendirilebilmeli ve bükülebilmelidir. Bu amaçla üç ağızlı plak bükücü (Plate Bender 125 mm), plak delik yapısı ile uyumlu bükücü rod (Threaded bending Rod), plak - pın tutucu, bükücü (Plate - Pin Clamp) bulunmalıdır
10. X plak üzerinde yer alan kompresyon deliği ve K teli deliği iki adet stoplu K teli yerleştirimi sonrası set içerisinde yer alan özel kompresyon klemp'i (Compression Clamp) sayesinde fragmentlere ortalama 4 mm kompresyon yaptırabilmelidir
11. Ø2.0 mm, Ø2 4 mm ve Ø2 7 mm kilitli ve kilitsiz vida seçeneklerinin tümünde vida baş yapıları düşük profil formunda olup kare tornavida ucu ile uyumlu olmalıdır
12. Bu özellikleri sayesinde, kırık tespiti, osteotomi, artrodez, replantasyon ve rekonstruksiyon endikasyonlarına hizmet etmelidir

Kader SENGÖL
Hemşire
KŞ

H. B. A. G. GÜNÖZALİ
H. B. A. G. GÜNÖZALİ

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op. Dr. H. Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Din Tel No: 133972