

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu: Fiyat Teklifi

29.05.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 (iki) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Çetin OKUMUŞ
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ					
S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE OKSİMETRE PROBU PEDIATRİK (TEK KULLANIMLIK)	Adet	500		
2	SFT CİHAZI İÇİN KARTON AĞIZLIK (TEK KULLANIMLIK)	Adet	7000		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi 31.05 2019 10:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı. Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtilecektir

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SFT CİHAZI İÇİN KARTON AĞIZLIK (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İÇ ÇAPI 23MM OLMALIDIR
- DIŞ ÇAPI 25MM OLMALIDIR
- EBATİ 8CM OLMALIDIR
- CHEST CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR
- TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR
- NUMUNE GÖRÜLMEDEN KABUL EDİLMEMEYECİTİR

Türkiye Kamu Has. Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Derin Göğüs Cerrahisi
Tıbbi Sekreter

Rıdvan Beyler

Murat TSM

PEDİATRİK PULSE OKSİMETRE PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob, orijinal kapalı steril ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.
2. Problar pediatrik boyutta olup yeni doğanda da ölçüm alınabilmelidir.
3. Problar nihon COMPACT 7 monitöre uygun olmalıdır.
4. Hareketten kaynaklanan artifaktları engellemek amacıyla probun parmağı iyice yerleşmesini sağlayacak uygun yapışkanı ve buna ilave ikinci bir yapışkan bant olmalıdır ve bu bant gözenekli olmalı, hasta cildinin hava almasını sağlamalıdır.
5. Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
6. Prob da elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifaktları giderici faraday ekranlaması olmalıdır. Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
7. Prob hastada alerjiye yol açıcı maddeler ve latex içermemelidir.
8. Prob vücut ısısı düşük insanlarda ölçüm yapabilmelidir.
9. SPO2 probu COVIDIEN NELLCOR marka ve neonatal –adult spo2 sensor olmalıdır.

Zeynep ŞİMŞEK
Ebe

Zeynep ŞİMŞEK

Merve EKENER
Hemşire

Merve EKENER

Sezer Yürekboş
S. Yürekboş