

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

12.06.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 (Dört) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS (MUHTELİF)	Adet	500		
2	DISPOSABLE ENJEKTÖR UCU (YEŞİL,SİYAH)...	Adet	25000		
3	ABR CİHAZI ELEKTRODU 3'LÜ TEK KULLANIMLIK	Adet	600		
4	İŞİTME TARAMA CİHAZI PROB UCU	Adet	600		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:14.06.2019 14.00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla burden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi
Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42
Tlf: 0 (432) 451 204 Fax: e_mail: muradiyedevelopthastanesi@hotmail.com

FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lateks, kauçuk veya silikon kaplı olmalıdır.
2. Çift steril ambalaj içinde bulunmalıdır.
3. Numaraları 6,8,10,12,14,16,18,20,22 boyutlarında olmalıdır.
4. Sondalar ihalede istenen boylarda olmalı.
5. 10 numaraya kadar küçük sondalar mandrenli olmalı .
6. Büyük numaralı sondalar erkek üretrasına kolayca takılabilecek sertlikte olmalı fakat bu sertlik dokuda travma oluşturacak kadar fazla olmamalı.
7. Balon kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su kolay ve tamamen boşaltılabilmeli.
8. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 3-30 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmeli.
9. Balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, extra bir güç gerektirmemeli.
10. . Sonda paketi üzerinde sondaya ait marka, numarası, çapı, balon kapasitesi CE uygunluğu vb. bilgileri olmalı.
11. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, depo tesliminden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalı.

Zeynep DİNLER
Z. Diner

Tuba AYTIN
T. Aytin

M. Sinan Ördener
M. Sinan Ördener

MADSEN ACCUSCREEN TARAMA TARAMA ABR CİHAZI ELEKTROT TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. YENİ DOĞANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
2. KLİNİĞİMİZDE KULLANDIĞIMIZ MEDSAN MARKA ACCUSCREEN TOAE/ABR DOKUNMATİK EKRANLI YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMA CİHAZIYLA UYUMLU OLMALI.
3. SİLİKONDAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
4. TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
5. TITUB'DE UBB KAYDI OLMALIDIR.
6. NUMUNE GÖRÜLÜP DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Mehmet Salih DEKİT


Dema KAGITKAYA
melik depp somutun


Zeynep DİMİŞKİ


MADSEN ACCUSCREEN TARAMA OAE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. YENİDOĞANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
2. MADSEN ACCUSCREEN TOAE-ABR MARKA DOKUNMATİK EKRANLI YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA CİHAZIYLA UYUMLU OLMALIDIR.
3. %100 SİLİKON OLMALIDIR.
4. TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
5. EBATİ 4mm (YEŞİL) OLMALIDIR.
6. PROBLAR, PROB TİPİNE KOLAYLIKLA TAKILABİLMELİ VE TAM OTURMALIDIR.
7. UBB KAYDI OLMALIDIR.

Mehmet Salih PERGÖZ



Dema KUTUKKAYA
medikal Depo Sorumlusu


Zeynep HİMŞİS


ENJEKTÖR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable enjektörlere uyumlu olmalı.
2. İğne uçları paslanmaz çelikten yapılmış olmalı.
3. Tek tek steril poşetlerde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi, markası ve diğer özellikleri bulunmalıdır.
4. En az 100 en fazla 1000 adetlik kutularda bulunmalıdır.

Zeynep Himmet
Zeynep

Tuba Jdn


Münire Özdemir
