

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

10.09.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kagan ELİĞÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MİNİ PLAK TİTANYUM	Adet	2		
2	BAĞLANTI VİDASI	Adet	10		
3	BAŞSIZ VİDA	Adet	3		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi.11.09.2019 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not.1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İmplantların üzerinde :

- İmalatçı firma adı veya amblemi yazılı olmalıdır.
- Lot Numarası yazılı olmalıdır.
- Referans Numarası yazılı olmalıdır.
- İmplantlar UBB ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- İmplantlar Titanyum Grade 5 Eli (Ti-6Al-4V malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- İmplantlar ve Vidalar aynı kalibrasyonda (ölçüde) olmalıdır.

- ✓ Cannulated Compression Vidalar 3,5-4,5-7,3 mm çaplarında olmalıdır.
- ✓ Cannulated Compression Vidalar 3,5-4,5 mm 2'şer mm, 7,3 mm vidalar 5'er mm artmalıdır.
- ✓ Cannulated Compression Vidalar 3,5 mm (12-70 mm arası)
- ✓ Cannulated Compression Vidalar 4,5 mm (20-70 mm arası)
- ✓ Cannulated Compression Vidalar 7,3 mm 16 yivli (40-120 mm arası)
- ✓ Cannulated Compression Vidalar 7,3 mm 32 yivli (40-120 mm arası) boylarda olmalıdır.
- ✓ Set içerisinde Vidalara uygun pullar bulunmalıdır.
- ✓ Vidalar ile birlikte Çakma-Çıkarma setinin içerisinde Kanüllü Tornavida, Kanüllü Drill, Ucu Yivli
Krischner Telleri, Krichner Ölçer, Kanüllü Tap Ve Countersink olmalıdır.
- ✓ Setlerle beraber kanüllü delici motor setle beraber konsinye verilecektir.

Pura Coşkun

Hastane

Ulusal ve Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dinamik No:133875

Kader Şengül

KS

MR UYUMLU ÇELİK VE TİTANYUM MİNİ PLAK TEKNİK ŞARTNAME

MİNİ PLAK SETİ

- Mini Plaklar Plaklar ISO 5832-3 standartlarına uygun Ti6Al4V ELİ titanyum malzemeden olmalıdır.Bu sayede MR'lı tedavilere uygun yapıda olmalıdır.
- Mini Plaklar L plak-Curvet plak-T plak-Y plak-Düz plak olacak şekilde set kontrol formunda belirtilen adetlerde set içerisinde yer almalıdır.İstenildiğinde farklı delik ölçülerinde de Mini plaklar sunulmalıdır.
- Mini plakların uygulanmasında kullanılan cortex vidalar 5,5mm-7mm-9mm-11mm-13mm-15mm-17mm boylarında ve set içerisinde her boydan 12 şer adet olarak yer almalıdır.
- Mini plakların hasta üzerine uygulanması için set içerisinde ameliyat tekniğine uygun el aletleri yer almalıdır.
- El aletlerinin çalışma uyumu kontrolleri yapılmış vaziyette eksiksiz olarak set içerisinde yer almalıdır.
- Hasta takibi ve ürün güvenilirliğini sağlamak amacıyla malzemeler etiketleri üzerinde lot numarası,malzeme cinsi , üretici firma ismi yer almalıdır.Herhangi bir problem olduğunda imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareketle izlenebilirliğe ait kayıtlar kuruma ibraz edilebilmelidir.
- İstenildiği takdirde ürüne ait malzeme spektlerini içeren kalite belgesi, yapılan kimyasal ve fiziksel test ve deney sonuçları gösterir raporlar ibraz edilmelidir.
- İstenildiği takdirde kullanıma sunulan malzemelere ait TSE ,TSEK, ISO ve CE belgeleri ilgili kuruma ibraz edilmelidir.
- Mini plaklar ağız kapalı özel poşetler içerisinde yada buharlı sterilizasyona uygun ağız kapalı konteynırlar içerisinde silikon destekli tavalara yerleştirilmiş biçimde non steril olarak sunulmalıdır.
- Plaklar no contact olmalı ve aynı delikten kilitli ve kilitsiz vida atılabilmelidir.
- Aynı sette 1.6 2.0 2.4 2.7 plak ve vida sistemi olmalıdır

İsmail Coşkun
İsmail Coşkun

[Signature]
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Din.Tes.No:133875

Kader Dencel
[Signature]