

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

13.09.2019

Sayı :

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 (Altı) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kagan ELİGÜL
Baskınumuz

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|--|--------|-------|--------------|--------------|
| 1 | FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN ÇİMENTOLU TİTANYUM/COCR KAPLAMASIZ (AP2230) | Adet | 1 | | |
| 2 | TIBİAL KOMPONENT | Adet | 1 | | |
| 3 | TIBİAL INSERT ROTASYONLU BAĞ KESEN, HIGHLY CROSSLINK(YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLANTI) POLİETİLEN (AP2450) | Adet | 1 | | |
| 4 | ANTİBİYOTİKLİ bone cement | Adet | 2 | | |
| 5 | BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ | Adet | 1 | | |
| 6 | TIBİAL STEM | Adet | 1 | | |

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:16.09.2019 09:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılaşacaktır

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiştir ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirme yapılmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

Hasta:Cevdet YİĞİT

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi

Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42

Tlf: 0 (432) 451 204 Fax. e_mail. muradiyedevlethastanesi@hotmail.com

**BAĞ KESEN DEEP DISH INSERTLİ MOBİLE TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- maddelerinden
- 1 Femoral Komponent Cobalt Crom ve Titanium (Co-Cr- MO / Ti Al 4V Alloy) üretilmiş olmalıdır
 - 2 Femur kesisi tek kesi bloğundan 5 kesi aynı anda yapılabilmelidir
 - 3 Femoral Komponent anatomič yapıya sahip olmalıdır, sağ sol olarak ayrılmalıdır
 - 4 Femoral komponent 0 1 2 3 4 5 olarak en az 6 boy seçenekleri bulunmalıdır
 - 5 Femoral komponentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için her iki kondilinde peg olmalıdır ve ihtiyaca göre bu pegler sökülebilir femoral komponent içine augmentasyon uygulanabilir
 - 6 Femoral komponent bağ kesen ve bağ koruyan olarak 2 ayrı özellikle olmalıdır
 - 7 Femoral komponet en az 0 1 2 3 4 5 olarak 6 boy olmalıdır ve daha fazla boy seçeneği sunması tercih sebebidir.
 - 8 Femoral komponent kesisinde ,sistem 3,5,7,9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir
 - 9 Ürün tamamen anatomik yapıya uyumlu olması için Femoral Condilleri dıştan içe doğru 8 derecelik bir açıya sahip olmalıdır
 - 10 Tibial komponent universal olmalıdır ve 0 1 2 3 4 5 (altı) boy seçeneği bulunmalıdır ve daha fazla boy seçeneği sunması tercih sebebidir
 - 11 Tibial Komponent Titanium (Ti 6 Al 4V Alloy) veya Kobalt-Krom (CoCr) malzemelerinden üretilmiş olmalıdır
 - 12 Insert kalınlığı 8 10 12 15 18 20 mm olacak şekilde en az 6(altı) ayrı kalınlıkta olmalıdır
 - 13 Insert DEEP DISH olmalıdır hem bağ kesen hemde bağ koruyan seçenekli olmalıdır
 - 14 Tibia seti hem intamedular hemde extramedullar kesiye sahip olmalıdır
 - 15 Tibial komponent tibial steme sahip olmalıdır Stem eklerle daha uzun hale getrebilmelidir en az farklı boyda ve 5 farklı kalınlıkta olmalıdır tibia defektlerde gerektiğinde kullanılacaktır
 - 16 Femoral komponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minimuma indirmek için,insert Arcos Processed Polyethylene (UHMWPE) (Argon Packed Compression Moulded Polyethylene) teknigi kullanılarak üretilmiş olmalıdır (Belgelenmelidir)
 - 17 Femoral Komponent ve tibial kompenent arasında size bağımlılığı olmadan (interchangable) kullanılabilir olmalıdır (En küçük size femoral kompenet ile en büyük boy tibial tray aynı anda kullanılabilir)
 - 18 insert femoral kompenete uyumlu olmalıdır Her femoral kompenet size için ayrı insert olmalıdır insertler mobile bearing(hareketli) olmalıdır
 - 19 Patella seti iki farklı seçenek sunmalıdır Patella üç pegli olmalı ve protezin kullanım ömrünü ve konforunu artıran Arcos Polyethylene malzemesinden üretilmiş olmalıdır Ayrıca tek peg seçeneğide bulunmalıdır
 - 20 Sette anatomik hareketli patella da olmalıdır
 - 21 Minimal invaziv cerrahisi teknigine uygun olmalıdır
 - 22 Hiper flexiyona sahip olmalıdır
 - 23 Sette beraber delici kesici motor motor 2 şer adet getirticektir
 - 24 Ameliyata gelicek personelin saglik bakanlığında alınmış klinik destek elamanı belgesi alımda kesin sunulacaktır ve ameliyat sırasında aynı kişi hazır bulunacaktır

| | |
|------------------------------------|--------|
| AP2230 FEMORAL COMPONENT BAĞ KESEN | 1 ADET |
| AP2660 TIBIAL COMPONENT | 1 ADET |
| AP2450 TIBIAL INSERT | 1 ADET |
| AP2750 TIBIAL STEM | 1 ADET |
| AP3180 ANTİBIYOTİKLİ BONE CEMENT | 2 ADET |
| AP3150 BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ | 1 ADET |

Kader SENGİN

Türkiye Hamam Hastaneleri Kurumu
Muradiye Osmaniye Hastanesi
Op.Dr. Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Nörolojik No:133875

Serbest 106