

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

17.09.2019

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ANCHOR	Adet	3		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 18.09.2019 11:30

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

Hasta:Hayrettin KOYUNCU

FİRMA-KAŞE
İMZA

ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ambalaj bir yüzü PVC Kaplı olmak üzere iç içe iki poşet halinde olmalıdır.
- 2) Dıştaki ambalajın yüzeyinde malzemenin büyüklüğü, imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalı.
- 3) Anchor sturu çift iğneli olmalıdır.
- 4) Anchor titanyum malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
- 5) Sterilizasyon yöntemi 1.5 Megarad'lık GAMA ışınlaması olmalı, malzeme ambalajı bozulmamak şartıyla en az 5 yıl saklanabilir özellikte olmalıdır.
- 6) Anchorun tutucu ve gönderici tornavidası anchor ucuna takılmış vaziyette anchorla aynı ambalaj içerisinde steril vaziyette olmalıdır.
- 7) Anchor stur uzunluğu en az 80 cm olmalıdır.
- 8) Anchor enaz 3.2, 2.3 ,1.6 mini ve 1.6 micro arasında boy seçenekleri olmalıdır.
- 9) Üretici firmanın din,en,ce,fda,ıso kalite belgesi olmalıdır.
- 10) Teklif veren firma distrübütörlük belgesi veya bayiilik belgesin teklif ile birlikte sunmalıdır.
- 11) Teklif edilen ürünlerin varsa protokol kodu ve UBB(ULUSAL BİLGİ BANKASI) SGK (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) onaylı çıktıları teklifin ekinde sunulmalıdır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ahmet Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dij. Tes. No/133875

Yolcu SAYI 617
Anestezi tek.

Serbest TOGA
(Anestezi ve travmatoloji)