

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

15.10.2019

Sayı :

Konu: Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 (Altı) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Berker USLU
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN ÇİMENTOLU TİTANYUM/COCR KAPLAMASIZ (AP2300)	Adet	1		
2	TİBİAL KOMPONENT (AP2660)	Adet	1		
3	TİBİAL İNSERT ROTASYONLU BAĞ KESEN, HIGHLY CROSSLINK(YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLANTI) POLİETİLEN (AP2490)	Adet	1		
4	ANTİBİYOTİKLI bone cement (AP3180)	Adet	2		
5	BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ (AP3150)	Adet	1		
6	TİBİAL STEM (AP2750)	Adet	1		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:16.10.2019 09:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.

9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.

10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

Hasta:Mıhbet ÇELİKİYİĞİR

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi

Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42

Tlf: 0 (432) 451 204 Fax: e_mail: muradiyedevelethastanesi@hotmail.com

Cementli - Cementsiz Hareketli Insertli Arka Çapraz Bağı Kesen ve Koruyan Total Diz Protezi

AP2300	Cementli Bağ Koruyan Femoral Component	
AP2230	Cementli Bağ Kesen Femoral Component	
AP2330	Cementsiz Bağ Koruyan Femoral Component	
AP2260	Cementsiz Bağ Kesen Femoral Component	
AP2660	Cementli Mobile Tibial Component	
AP2680	Cementsiz Mobile Tibial Component	
AP2490	Mobile Bağ Koruyan High Crosslinked Insert	
AP2450	Mobile Bağ Kesen High Crosslinked Insert	
AP2750	Tibial Uzatma	
AP4280	Tibial Wedge	
AP2420	Patellar Component	

- 1 Sistem hareketli platform/mobile bearing özelliğine sahip olmalıdır
- 2 Femoral component titanyum veya CrCo maddelerinden üretilmiş olmalıdır.
- 3 Femoral component çıkıntı yapmayı önlemek ve küçük profil sağlamak amacıyla medio-lateral olarak dar anterior kenar dizayna sahip olmalıdır.
- 4 Femoral componentler anatomik yapıya sahip olup sağ ve sol olarak ayrılmalıdır. Bağ kesen ve bağ koruyan seçeneklere sahip olmalıdır
- 5 Femoral componentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için her iki kondilinde peg olmalıdır. Anterior kesim, posterior kesim, anterior chamfer, posterior chamfer ve distal kesim olmak üzere beş kesi tek bir guide yapılabilir.
- 6 Femoral componentin üst yüzeyinde patellar componentin hareketi için kanal bulunmalıdır.
- 7 Femoral component ML ölçüsü 9 boy olmalıdır.
- 8 Femoral component distal kesiminde sistem 0 ile 9 derece valgus açısı arasında herhangi biri seçilebilir.
- 9 Femoral componentin anterioru patellar tendonunun ağırlarını minimize edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 10 Femoral componentin condilleri arası açık olup, bağ kesen femoral komponentlerde 2 kondil arası açık ve condilleri birbirine bağlayıcı bir parça olmalıdır
- 11 Femoral keside revizyon sistemlerinde görülen intercondylar notch blok halinde çıkmamalıdır
- 12 Femoral kesi gaydi 3 derece dış rotasyon verilebilir.
- 13 Çimentosuz femoral componentlerin iç yüzeyi osteointegrasyonu artırıcı özellikte poros üzeri HA kaplı çimentolu femoral componentlerin iç yüzeyi kaba kumla kaplanmış olmalıdır. Hem cementli hem de cementsiz femoral componentlerin dış yüzeyi parlatılmış olmalıdır
- 14 Tibial component universal olmalıdır ve ML ölçüsü 9 boy seçeneği bulunmalıdır
- 15 Tibial component titanyum veya CrCo malzemelerinden üretilmiş olmalıdır. Çimentosuz tibial componentlerin alt kısmı poros üzeri HA kaplı, çimentolu tibial componentlerin alt kısmı kalın kaba kumla kaplanmış olmalıdır. Hem çimentolu hem çimentosuz tibial componentlerin dış yüzeyi parlatılmış olmalıdır
- 16 Tibial componentler sınırlı yada sınırsız rotasyon özelliğine sahip olup, sınırlı rotasyon sistemlerinde insertin rotasyonunun sınırlandırılması için rotasyon çıkıntısı mevcut olmalıdır
- 17 Tibial kesi bloğunda sağ ve sol ayrımı olmalı ve kesi intramedullar yada ekstramedullar yapılabilir.
- 18 Tibial slop ayarı 0 ile 9 arasında yapılabilir.
- 19 Femoral componentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minimuma indirmek için tibial insert yüksek molekül ağırlıklı polyethylene UHMWPE tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır
- 20 Tibial insertin deep dish dizayna sahip olan seçeneği de olmalıdır ve sınırlı yada sınırsız rotasyon özelliğine sahip olmalıdır
- 21 Tibial insert 7 derece posterior slopa sahip olmalıdır
- 22 Tibial insert en az 8 mm den başlayarak en az 7 farklı kalınlığa sahip olmalıdır
- 23 Tibial insertin konveks-konkav uygunluk özelliği en iyi şekilde her derecede fleksiyonda tibial-femoral artikülasyonda stabilizeyi sağlamalıdır
- 24 Tibial componentte gerektiğinde stem uzatması takılabilir. Uzatma stemleri 2 değişik boyda ve 3 farklı kalınlıkta olmalıdır
- 25 Tibial componentte defektli olgularda kullanılmak üzere takılabilen wedgeler titanyumdan imal edilmiş 0 ile 5 arasında herhangi iki farklı kalınlığa sahip olmalıdır
- 26 Patella 3 pegli ve tek pegli seçeneklere sahip olmalı ve 3 pegli seçeneği 5 farklı kalınlığa sahip olmalıdır.
- 27 Tüm sarf malzemeler gama sterilizasyonu yapılmış, üzerinde sterilizasyon tarihi, üretim, son kullanma tarihi ve ürüne ait özelliklerin yer aldığı çift kat vakumlu ambalaj içerisinde olmalı ve raf ömrü en az 5 yıl olmalıdır

Dr. Cengiz
Hansire
J. Cengiz

Uludağ University Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 13227