T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Sayı :
Konu: Fiyat Teklifi

28.10.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 (Üç) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Dr.Kağan ELİGÜL
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	STERİLE DRAPE	Adet	100		
2	STERİL STRİP	Adet	100		
3	NST KEMERİ	Adet	20		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

EK:Teknik Şartname
Son Teklif Verme Tarihi:31.10.2019 10:30
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye ışlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme ıçin teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerısinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmış sayılacaktır.
8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edılmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 0 ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe birıminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkın olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektır.
10-Tedarıkçi firma bunların Sut hükümlerı doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesı ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir

Not:1-Mal teslimı ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ılgili yüklenıciye aıttir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Muradiye Devlet Hastanesi
Yenışehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42
Tlf. 0 (432) 451 204 Fax: e_mail: muradiyedevlethastanesi@hotmail.com

STERI-STRIP S ™ CERRAHI CİLT KAPATICI ŞERITLER TEKNIK ŞARTNAMESİ

2. T E K N İK Ö ZE LLİK LE R

1. Ürün cerrahi insizyonlarda cilt kapatıcı olarak ku llanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2 Ürün lateks lçerm eyen yumuşa k poliüretan pedler ve polyest r şeritlerden yapılmış olmalıdır

3. Basınca duyarlı yapışkan içermelidır

4. Şeritler içiçe geçmeli tasarımları ile insizyon uçlarını aynı hizada bir araya getirmeli ve cildın güvenli bir şekilde kapanmasını sağlam alıdır.

5 Ürünun üzerınde kullanımı kolaylaştıran, uygulama sırasına göre numaralandırılmış kırmızı-beyaz-mavi renk kodları bulunmalıdır

6. Atravmatik olarak uygulanabılmeli, dikiş lzı kalmamalıdır.

7. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.

.8 . Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

9. Raf ömru üretım tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.

10 Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.

11. Boyutu 6 mm x 100 mm olmalıdır.

12. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tce.No:133875

STERİL ÖRTÜ (DRAPE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polyester filmden yapılmış 0.025 mm incelikte olmalıdır.
2. Gama veya Etilen Oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
3. Antimikrobiyel özellikte olmalıdır.
4. İçeriği iodofor / triklosan ya da gümüş olmalıdır.
5. Ürünün ebatı 60x46 cm olmalıdır.
6. Ciltteki bakterilere karşı fiziksel bariyer oluşturabilmeli, bakteri göçünü önlemelidir.
7. Ciltteki bakterilere karşı kimyasal bariyer oluşturabilmelidir.
8. Hava geçirgen olmalıdır.
9. Basınca duyarlı hipoallerjik akrilat yapışkanlı olmalıdır.
10. Uygulaması kolay olmalı ve cerrahi örtüden yırtılmadan ayrılabılmelıdir.
11. Yapışkan özelliğini uzun süre korumalı, cerrahi travma ve sıvılardan etkilenmemelıdır.
12. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
13. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
14. Teslım edılecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl mıadlı olmalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi ıstem yapan klinığe teslım ederek o alınalıdır.
16. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lot numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir

Kadir ŞENGÜL
Hemşire

Serbest Tabip
Cerrahi Teknikerliği

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muradiye Devlet Hastanesi
Op. Dr. A. Cüneyt Hakan KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diş Tescil No: 113975

(NST) ABDOMİNAL TRANSDUSER KEMERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paketler mavi ve pembe renkte iki adet kemerden oluşmalıdır.
2. Kemerlerin boyu 115-120 cm, eni 5,5-6 cm aralıklarında olmalıdır.
3. Kemerler çok kullanımlık ve yıkanabilir olmalıdır.
4. Kemerlerin orta noktalarında aralıklarla Transducer düğmelerinin geçebileceği en az 30 delik olmalıdır.
5. Kemerler elastik olmalıdır.
6. Tüm marka model NST cihazlarında kullanılır olmalı, Nautilius Doppler US Transduser ve Nautilius Toco Transduser'lerin "Button Style" olanlarında kullanılabilir olmalıdır.
7. Paket te pembe ve mavi kemer birlikte olmalıdır
8. CE belgelerine sahip olmalıdır, CE İşareti paket üzerinde belirgin olmalıdır.
9. Ambalaj orijinal olmalı,üzerinde barkod sistemine uygun barkod etiketi olmalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bigi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HASTANESİ
MUSTAFA GÜLTAŞ
İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİM SOR

Maksum İLDİZ
Biyomedikal Tüketim
Depo Sorumlusu