

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

20.01.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :26.01.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Kagan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	SİTRİK ASİT	100	Litre		
2	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 2.2 GLUTERALDEHİTLİ SIVI 5 LT	250	Litre		
3	HEMODİYALİZ VALF MEMBRANI	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.


İMZA-KAŞE


İLETİŞİM BİLGİLERİ

REÇİNE KONTROL VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Maximum 10 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- Giriş/Çıkış bağlantısı 1" olmalıdır.
- Servis debisi 6.3 m³/h olmalıdır.
- Ters yıkama debisi 3.4 m³/h olmalıdır.
- 6" ile 21" Tanklar arası kullanılabilmelidir.
- Ters yıkamada kalan süre/debi izlenebilmelidir.
- İki ters yıkama arası geçen su miktarı görülebilmelidir.
- Kurulumdan itibaren geçen su miktarı görülebilmelidir.
- Manuel veya otomatik olarak yıkamaya geçebilmelidir.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
Abdulrezzak ÇOMAK




Eivon SEN



CİDEX ALET DEZENFEKTANİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CİDEX Tıp aletleri, araçları ve endoskop dezenfeksiyonu için etkili bir malzeme olmalıdır. Çözünürlüğünde bulunan %2 oranında glütaraldehit yüksek derecede dezenfeksiyon özelliğine sahip olmasını sağlamalıdır.
- Sıcak sterilizasyonun mümkün olmadığı her yerde uygulanabilmelidir.
- CİDEX oldukça etkili ve hızlı bir prepat 10 dakika içinde bakterileri, mantarları ve virüsleri (HBV, HIV) kökünden kurutarak 60 dakika dan sonra ise tüberküloz mikroplarının etkililiğine son vermelidir.
- CİDEX'in çözünürlüğünde bulunan kimyasal sterilizasyon tıbbi aletin 10 saat boyunca ıslak kalmasını sağlamalıdır.
- CİDEX solüsyonu aktivasyon gösterdiği andan itibaren 14 gün boyunca üzerindeki etkinliğini sürdürmelidir.
- Bu süre içinde endoskopların ve diğer tıbbi malzemelerin bir çok kez dezenfeksiyonu mümkün olmalıdır.
- CİDEX'in içinde bulunduğu şişeye dökmek ve daha sonra çalkalamak yeterli olmalıdır.

Serbest TOGA
Analist hane Sorumlusu





Van U. Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr. Oğuzhan ALORUZ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip Tes. No: 5071


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Van Muradiye Devlet Hastanesi
Kadın Hast. ve Doğum Uzm.
Op.Dr. Ümitcan K. YIKCI
Uzm.Tes.No: 140819011 Tes.No: 169852

SİTRİK ASİT 5 LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz cihazının dezenfeksiyonu işlemine uygun olmalı,
2. Kan ve kireç çözücü özellikte olmalı,
3. Bileşiminde %50 sitrik asit, %2.5 laktik asit koruyucu katkı içermelidir,
4. 5 Lt ambalajlarda bulunmalı,
5. Bakterisit, fungusit, sporosit ve virüsit etkili olmalıdır.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
Abdulrezzak ÇOMAK



Civan SEN
