

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

01.03.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Demirbaş Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/d ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :05.03.2021 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr. Kağan ELİGÜL
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	KLOR ÖLÇÜM CİHAZI	1	Adet		
				Toplam	
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

**HI 96734 Klor Ölçüm Cihazının Teknik özellikler**

Model	HI 96734
Klor Ölçüm Cihazı	(Klor orta)
Aralık	
Serbest Klor	10,00 mg/l'ye kadar
Toplam Klor	10,00 mg/l'ye kadar
pH-Değer	-----

Çözünürlük	0,1 mg/l
Hassasiyet	0,1 mg/l'de ± 3 %
Kullanım örnekleri	Endüstri / Atık su

Klor Ölçüm Cihaz'ın genel teknik özellikleri

Işık kaynağı	Wolfram Ampülü
Ömür süresi	neredeyse sınırsız
Işık detektörü	Silikon Fotosel
Bulgulama yöntemi	DPD Yöntemi 330.5./ kolorimetrik
Pil	9V-Blok-Pil PP3 (yaklaşık 40 Saat çalışma süresi için)
Auto Off (otomatik kapanma)	10 dakika sonra
Fonksiyonu	
Çevresel sıcaklık	maks. 50 °C, maks. 95 % n.o.
Boyutlar	192 x 102 x 67 mm
Ağırlık	290 gr.

Teslimat İçeriği:

- 1 x HI 96734 Klor Ölçüm Cihazı (beş Model'den biri),
- 2 x Ölçüm Küveti,
- 1 x Pil,
- 1x Klor Ölçüm Cihaz'ın Kullanım Kılavuzu

Klor az'dan Klor çok'a kadar 5 Model mevcuttur, kısmen ek olarak 0'dan 10,0 mg/l'ye pH-Değerine kadar / kompakt ve sağlam Plastik gövde / büyük LCD-Ekran

Klor Ölçüm Cihazı HI 967xx günlük Klor oranının ölçümü için uygun bir Cihazdır. Bu Klor Ölçüm Cihazı HI 967xx çok kolay kullanılabilir ve Klor oranını saniyeler içinde belirtir. En uygun Klor Ölçüm Cihazın seçimi sizin için olan Klor Ölçüm Aralığına bağlıdır. Klor Ölçüm Cihazı sadece serbest Klor'un belirlenmesi için kullanılmaz. Su'da olan Toplam Klor oranını örn. yüzme havuzu veya kaplıcalarda'da belirtmeye yarar. Kolay kullanımlı, uygun ve hassas, bunlar normal damla testinden Klor Ölçüm Cihazına geçiş için çok önemli nedenler. Ölçüm Cihazları senelerden beri Endüstride, Araştırma ve Geliştirmede kullanılmaktadır.

Özellikler

- HI 96710 ayrıca pH 6,5...8,5 ölçer
- Kompak ve sağlam plastik Gövde
- Yüzme havuzları için uygundur
- Endüstri ve Laboratuvarlarda senelerden beri kullanım
- İçme suyu analizi, atık suyu denetlemesi için
- Kolay kullanım
- yüksek Hassasiyet
- büyük LCD-Ekran

T.C.
Muradiye Devlet Hastanesi
Çevre Sağlığı Teknikeri
Fethi TAŞ

Görm ve Göl Hems.
Ayşe Kaya
İlhan

PCE



Teknik Katalog

[Klor Ölçüm Cihazı]

[HI 96734]