T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı 12.04.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 6 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 16.04.2021 14:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya **"vandhs8@saglik.gov.tr"** adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	VAKUMLU, SEDIMANTASYON TÜPÜ, SITRATLI, SIYAH KAPAKLI	6000	Adet		
2	BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 5 LT	450	Adet		
3	BİKARBONATLI KONSANTRE BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 6 LT	550	Adet		
4	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G	450	Takım		
5	MUAYENE ELDİVENİ, PUDRALI, NONSTERİL, ORTA (M)	20000	Adet		
6	MUAYENE ELDİVENİ, PUDRALI, NONSTERİL, KÜÇÜK (S)	10000	Adet		
				Toplam	

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
* Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE	İLETİŞİM BİLGİLERİ

ASİDİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asit bidonları kilitli sistem olmalı ve Polietilen bidonlarda bulunmalıdır.
2. Asit Solüsyon 5 lt lik bidonlarda olmalıdır.
3. Asit Solüsyon, Toz bikarbonat 650gr ile Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu oluşturur.
4. 1 Litre lik Asit Konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve 1.225 bazik bikarbonat hemodiyaliz çözeltisi 32.775 lt uygun su ile diüle edildiğinde iyon konsantrasyonları aşağıda tertipte olacaktır.

Na+(Sodyon : 138-140 mmol/L
K+(Potasyum : 1-3 mmol/L
Ca++(Kalsiyum) : 1,25-1,75 mmol/L
Mg++(Magnezyum): 0,50-1 mmol/L
CL (Klorür) : 109-111 mmol/L
HC03(Bikarbonat) :31-35 mmol/L
CH3COO(Asetat) : 3 mmol/L

5. Bidonların Üzerinde İmal Tarihi, Son Kullanma Tarihi Ve Ruhsat Tarihi Belirtilmiş Olmalıdır.
6. Solüsyonların Son Kullanma Tarihi Teslim Tarihinden İtibaren 1 (Bir) Yıl Olacaktır .
7. Solüsyonların Konduğu Kaplar Sağlam Ve Dayanıklı Olmalıdır. **Delik, Eksik, İnce Duvarlı, Protestosu Okunmayan Bidonlar Teslim Alınmayacaktır.**
8. Bazik Ve Asidik Bikarbonat Solüsyonları Takım Halinde Aynı Marka Olacaktır.

BİCARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bazik Bikarbonat Solüsyonu 5 İle 6 lt'lik Bidonlarda Ve Bidonlar Kilitli Kapaklı Olmalıdır. (Distile Su İçinde Olmalıdır.)
2. Solüsyon 1 Lt'de 84gr Sodyum Bikarbonat İçermelidir.
3. Bidonların Üzerinde İmal Tarihi, Son Kullanma Tarihi Ve Ruhsat Tarihi Belirtilmiş Olmalıdır.
4. Solüsyonların Son Kullanma Tarihi Teslim Tarihinden İtibaren 1 (Bir) Yıl Olacaktır
5. Solüsyonların Konduğu Kaplar Sağlam Ve Dayanıklı Olmalıdır. **Delik, Eksik, İnce Duvarlı Ve Protestosu Okunmayan Bidonlar Teslim Alınmayacaktır.**
6. Bazik Ve Asidik Bikarbonat Solüsyonları Takım Halinde Aynı Marka Olacaktır.

MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Abdulrezzak ÇOMAK

Sercan Gündüz
Diş. Tekniker.

HEMODİYALİZ ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril Olmali Ve Sterilizasyon Suresi En Az 2 Yıl Olmalidir.
2. Fistül İğneleri 16 Gauge Olmalidir. (Bölümün İhtiyacına Göre 15-17 G 25-42 Mm Arası Değişik Ebatlar İstenebilir),.pediatrik kullanım için ve 17-18 gauge olmalıdır.
3. Plastik Tüpler Uygun Materyalden Yapılmış Olup, Yeteri Kadar Esnek Olmalidir.
4. İğne Uçları Plastik Muhafaza İle Korunmus Olmalidir.
5. Her İki İğnede, İgne Bitimi Sabitleme Ve Pozisyon Kelebeği Olmalidir.
6. Her İki Sette De Tırnak Ayarlı Klemp Ve Pasolu Kapak Olmalidir.
7. İğne Boyları 2-3 Cm., Toplam Tüp Uzunluğu 15-30 Cm. Olmalidir.
8. Tüm Universal Arter Ve Ven Setleri İle Uyumlu Olmalidir.
9. Üretim Tarihi Ve Teknik Özellikleri Ambalaj Üzerinde Görülebilmelidir. Dış Ambalajda Arter Veya Ven İğnesi Olduğunu Belirtir Renkli İşaretler Bulunmalidir.
10. Arter Fistül İğnesinde Dinamik Kan Akımı Sağlamak Ve İğnenin Şant Duvarına Yapışmasını Engellemek İçin Delik Bulunmalidir.
11. İstekliler İgnelerin Teknik Özellikleri Gösteren Broşürlerini numunelerle birlikte Vereceklerdir.

Ambalaj
A-Steril, Seffaf Ve Orijinal Ambalajinda Olmalidir.
B- Ambalajin Uzerindeki Etikette Urun Cins Ve Ozellikleri, Urun Kod Numarasi, Sterilizasyon Ve Son Kullanma Tarihi, Gerekli Uyarilar Yazilmalidir.

MURADİYE DEVLET HASTANESİ
Abdulrezzak ÇOMAK

Sercan Gündüz
Diş Teknikeri

NONSTERİL PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(MEDIUM)

A)Ürün lateksten imal edilmiş, pudralı, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır.

B) Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.

C) Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.

D)Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

E) Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.

F) Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.

G)Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

H)Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.

İ) Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır.

J) Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır. Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Tuba AYDIN
Hemşire

Mümine BAŞGINAR
Hemşire

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van Sağlık Müd.
Murat Devlet Hast.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Semra TANCAN

NONSTERİL PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(SMALL)

A)Ürün lateksten imal edilmiş, pudralı, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır.

B) Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.

C) Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.

D)Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

E) Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.

F) Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.

G)Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

H)Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.

İ) Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır.

J) Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır. Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Tuba AYDIN
Hemşire

Mümine BAŞKINAR
Hemşire

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müd.
Muradiye Devlet Hast.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Sümra TANCAN

SEDİMANTASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

B- ÖZELLİKLERİ:

1. Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
2. Satın alınacak sedimentasyon tüpleri kendinden sitratlı olup, toplam 2 mL hacmi geçmemelidir.
3. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre siyah renkte olmalıdır. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
4. Ölçüm skalası 1-140 mm/saat olmalıdır.
5. Tüpler vakumlu olmalıdır. Hastanemizde kullanılan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaret olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır.
6. Tüplerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
7. Tüplerin açık ucu, içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik veya kauçuk tıpa ve bunun üzerinde koruyucu kapak ile kapatılmış olacaktır. Vakumlu tüpün çekmesi gereken minimum kan miktarı, tüp üzerinde alt sınır çizgileri ile belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüplerin üzerinde kaç mİ kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
9. Tüpler tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
11. Tüplerin uygunluğuna biyokimya uzmanı tarafından denenip onay verilecektir.
12. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
13. Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
14. Sonuçlar mm/saat olarak vvestergreen korelasyonunda ifade edilmelidir.

Lab. Tek.

Mehter ÇTA
Lab. Birim Sor.