T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Hizmet Alımı 12.04.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan Hastane Sterilizasyon Ünitesi Yıllık Bakım Onarım Hizmet Alım İşi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :20.04.2021 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa faksланması veya **"vandhs8@saglik.gov.tr"** adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	TRANS MARKA OTOKLAV YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET İŞİ	12	Ay		
2	GETİNGE MARKA YIKAMA CİHAZI YILLIK BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ	12	Ay		
				Toplam	

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
Teklif mektubunda 12 ay olarak piyasa araştırmasına çıkılmış olup; Teknik şartnamede belirtildiği gibi Yılda 4 bakım olup 3 aylık. Periyodik bakım olacağından dolayı teklifler 12 aya bölünerek aylık bazında teklif verilecektir.

İMZA-KAŞE	İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ OTOKLAV YIKAMA CİHAZIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmakta olan aşağıda adı yazılı cihazların yedek parça harici yıllık bakım yapılması işini kapsamaktadır. Yüklenici firma cihazları çalışır durumda tutabilmek için bakım ve onarım işini yapacaktır.

CİHAZ LİSTESİ:

	Cihazın Cinsi	**Markası**	**Modeli**	**Seri Numarası**
1.	Otoklav	Trans	Elite -8	555CM1206111405
2.	Yıkama	Getinge	89 Serisi	GET11198

2. BAKIM ONARIM ÖZELLİKLERİ:

2.1. Cihazların kapsamlı periyodik bakımı yılda 4 olup 3 ayda bir yapılacaktır.
2.2. Yüklenici firma Hastane Tıbbi Cihaz personeliyle koordineli çalışacaktır.
2.3. Arıza bildirimi telefon, faks ya da e-posta ile yapılacaktır.
2.4. Bakım esnasında kullanılacak sarf malzeme yüklenici firma tarafında temin edilecek.
2.5. Yüklenici; kendisine arıza bildirildikten en geç 48 saat içinde arızaya müdahale edilerek nedeni tespit edilmeli ve bildirimden 72 saat içinde de yedek parça kullanılmayacak arıza gidermiş olacaktır.
2.6. Cihazların tüm testleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihaz testlerden geçmediği takdirde arızalı sayılacaktır.
2.7. Yüklenici firma arıza durumunda mesai saatleri dışında, hafta sonu veya resmi tatillerde çalışacak ve normal çalışma saati dışındaki çalışmaları için herhangi ek ücret talep etmeyecektir.
2.8. Cihazlarda meydana gelecek programsal arızalar yüklenici tarafından giderilecektir.
2.9. Bakım ve onarım esnasında herhangi yedek parça ihtiyacı doğarsa, Hastane İdaresine parçanın niteliği, adedi ve yüklenici firma tarafında satışı yapılıyorsa satış fiyatını bildir liste verilecektir. İdare parçaları istediği tedarikçiden temin edebilir. Yedek parçaya ilişkin idare kararı yüklenici firmaya ulaştıktan 15 gün içerisinde (yurtdışında istenecek parçalar hariç) yedek parça temin edilecek ve 3 gün içerisinde de arıza giderilmiş olacaktır.
2.10. Değişimi gereken parçaların montajı ücretsiz yapılacaktır.
2.11. Hastanede cihaz onarım mümkün olmadığında nakliye ücreti yüklenici firma tarafında karşılanacaktır.
2.12. Yüklenici can ve mal güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri almak zorundadır.
2.13. Cihazda fonksiyon kayıpları tespit edildiğinde servis işlemleri bitmemiş sayılır.
2.14. Cihazların arızalı olduğu zamanlar sözleşmeye ilave edilecektir.

2.15. Servis işlemi sonunda, cihazların çalışma performansı test edilecek ve cihazlar çalışır durumda teslim edilecek.
2.16. Bakım onarım hizmeti sırasında cihazlarda meydana gelecek arızalar yüklenici firma tarafında ücretsiz giderilecektir.
2.17. Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı yedek parça ücreti yükleniciye ait olmak üzere ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
2.18. Yüklenici cihazlarda %95 aktif çalışma (uptime) süresini sağlamak zorundadır.

3. FİRMA YETERLİLİĞİ:

3.1. Yüklenici adı geçen cihazlara teknik servis verebilme yeterliliğinde olmalı.
3.2. Yüklenici firma personeli adı geçen cihazlara Bakım-Onarım yapmakla yetkili olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgesine sahip olmalı.
3.3. Bakım ve onarımı yapacak Yüklenici firma çalışanları cihazlarla ilgili eğitim sertifikalarına sahip olmalı.
3.4. İstenen tüm belge ve sertifikalar ibraz edilecektir.
3.5. Yüklenici firma Sterilizasyon Ünitesine'de çalışan personele cihazların çalışması konusunda eğitim verilecektir.

Serbest TOĞA
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi
Op.Dr.Habibullah HABİB
K.B.B Uzmanı
Dip. Tescil No: 136525

Hemşire
Fiüz DENİRALP

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MURADİYE DEVLET HAST.
Dr. Özk. Üyesi Özkan ÖZAY
Başabip